

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Приборы электроизмерительные эталонные многофункциональные  
"Энергомонитор-3.1КМ"

## Назначение средства измерений

Приборы электроизмерительные эталонные многофункциональные "Энергомонитор-3.1КМ" (далее – Приборы) предназначены для измерений электроэнергетических величин в однофазных и трехфазных цепях в промышленной области частот, в том числе: напряжений, токов, углов фазового сдвига, частоты, активной, реактивной и полной мощности.

## Описание средства измерений

Принцип действия Приборов основан на аналого-цифровом преобразовании мгновенных значений входных сигналов напряжения и тока в цифровые коды, из которых формируются массивы оцифрованных выборок, с последующим вычислением значений измеряемых величин из полученного массива данных в соответствии с встроенной программой прибора "EM3.1" (далее - ВПО). ВПО хранится в энергонезависимой памяти EEPROM модуля центрального процессора приборов. Приборы могут быть использованы автономно, в сочетании с персональным компьютером (далее - ПК), расширяющим его функциональные возможности, а так же в составе специализированных и универсальных установок для калибровки и поверки эталонных и рабочих средств измерений электроэнергетических величин:

- однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии;
- однофазных и трехфазных ваттметров, варметров и измерительных преобразователей активной и реактивной мощности;
- фазометров и частотомеров в промышленной области частот;
- вольтметров, амперметров и измерительных преобразователей напряжения и тока в промышленной области частот;
- средств измерения и регистрации показателей качества электроэнергии (ПКЭ) и параметров электрической энергии в однофазных и трехфазных электрических сетях;
- измерительных трансформаторов напряжения (ИТН) и тока (ИТТ).

Приборы содержат следующие основные узлы и блоки:

- многодиапазонные измерительные трансформаторы тока;
- многодиапазонные резистивные делители напряжения;
- шестиканальный модуль АЦП;
- модуль центрального процессора на базе цифрового сигнального процессора и программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС);
- коммутатор диапазонов измерения;
- блок питания;
- графический ЖК-дисплей;
- клавиатура.

Модуль центрального процессора обеспечивает управление работой Прибора в соответствии с ВПО, проведение расчетов по массивам оцифрованных выборок от модуля АЦП (в основу алгоритмов вычислений каждой из измеряемых величин положен метод обработки массива мгновенных значений, не требующий синхронизации с частотой измеряемых сигналов), сохранение результатов в энергонезависимой памяти "flash memory", счет времени, вывод результатов на ЖК-дисплей, прием команд и данных от клавиатуры, прием и обработку сигнала с частотного выхода поверяемого средства измерений, формирование на импульсном выходе Прибора сигнала с частотой, пропорциональной измеренному значению мощности, обмен по последовательному интерфейсу с ПК. Вычисленные результаты измерений, полученные с помощью программных модулей, отображаются на дисплее, сохраняются в памяти и выводятся при необходимости на ПК.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Россия (495)268-04-70  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Приборы выпускаются в модификациях, отличающихся конструктивным исполнением; значениями погрешностей измерений; наличием дополнительных функций; номинальной частотой; диапазоном измерений напряжения и тока.

Условное обозначение Приборов при их заказе и в документации другой продукции, в которой они могут быть применены, должно состоять из наименования Прибора (Энергомонитор 3.1КМ), условного обозначения модификации и обозначения технических условий:

«Энергомонитор 3.1КМ» X-X-XXX-X-X-X- X01-X02-X05-X10-X20 ТУ 4381-026-49976497-2012  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 – обозначение модификации по конструктивному исполнению:

"С" - стационарный прибор для встраивания в стойку стандарта 19",

"Н" - стационарный прибор для установки на столе,

"П" - переносной прибор смонтированный в кейсе;

2 – обозначение модификации по значениям погрешностей измерения:

"02" – с метрологическими характеристиками, приведенными в таблицах 2, 3 и 8,

"05" – с метрологическими характеристиками, приведенными в таблицах 4, 5 и 9,

"10" – с метрологическими характеристиками, приведенными в таблицах 6, 7 и 9;

3 – обозначение модификации по наличию дополнительных функций (приборы обеспечивают возможность выполнения нескольких дополнительных функций):

"000" – без дополнительных функций,

"1XX" – с возможностью измерения мощности и силы постоянного тока,

"X1X" – с возможностью выполнения измерений с использованием токовых клещей, входящих в комплект поставки этих модификаций прибора,

"XX1" – с функцией прибора сравнения для поверки измерительных трансформаторов напряжения (ИТН) и измерительных трансформаторов тока (ИТТ) с использованием Устройства для поверки измерительных трансформаторов тока (УПТТ), входящего в комплект поставки этих модификаций прибора,

4 – обозначение модификации по диапазону измерения напряжения:

"0" - от 6 до 576 В [поддиапазоны измерения напряжения с номинальными значениями ( $U_H$ ), равными 60, 120, 240 и 480 В],

"1" – от 0,1 до 288 В [поддиапазоны измерения с номинальными значениями ( $U_H$ ), равными 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120 и 240 В],

"2" – от 3 до 960 В [поддиапазоны измерения напряжения с номинальными значениями ( $U_H$ ), равными 30, 60, 120, 240, 480 и 800 В],

"3" – от 0,1 до 960 В [поддиапазоны измерения с номинальными значениями ( $U_H$ ), равными 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 240, 480 и 800 В];

5 – обозначение модификации по диапазону измерения силы тока без использования токоизмерительных клещей:

"0" – от 0,005 до 120 А [поддиапазоны измерения с номинальными значениями ( $I_H$ ), равными 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50 и 100 А],

"1" – от 0,005 до 60 А [поддиапазоны измерения с номинальными значениями ( $I_H$ ), равными 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25 и 50 А],

"3" – от 0,005 до 12 А [поддиапазоны измерения с номинальными значениями ( $I_H$ ), равными 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2,5; 5 и 10 А];

6 – обозначение модификации по номинальной частоте ( $f_{НОМ}$ ):

"50" – с  $f_{НОМ} = 50$  Гц и областью значений влияющей величины от 42,5 до 57,5 Гц;

"60" – с  $f_{НОМ} = 60$  Гц и областью значений влияющей величины от 51 до 69 Гц;

7 – значения номинальных токов токоизмерительных клещей класса точности 0,1;

8 – значения номинальных токов токоизмерительных клещей класса точности 0,2;

9 – значения номинальных токов токоизмерительных клещей класса точности 0,5;

10 – значения номинальных токов токоизмерительных клещей класса точности 1,0;

11 – значения номинальных токов токоизмерительных клещей класса точности 2,0.

### Примечания

Перечисление номинальных токов токоизмерительных клещей производить через знак ";".

Номинальные значения токов:

токоизмерительных клещей – 5, 10, 100, 200 и 1000 А;

гибких токоизмерительных клещей – 300 А, 500 А, 3000 А, 5000 А.

Общий вид Приборов и указанные стрелками места пломбирования представлены на рисунках 1, 2 и 3. Общий вид Устройства УПТТ и указанные стрелками места пломбирования представлены на рисунке 4.



Рисунок 1. Общий вид и места пломбировки Приборов модификаций "Энергомонитор-3.1КМ" С



Рисунок 2. Общий вид и места пломбировки Приборов модификаций "Энергомонитор-3.1КМ" Н



Рисунок 3. Общий вид и места пломбировки Приборов модификаций "Энергомонитор-3.1КМ" П



Рисунок 4. Общий вид и места пломбировки Устройства поверки трансформаторов тока УПТТ  
(пломбы устанавливаются на винтах под крышками)

### Программное обеспечение

Программное обеспечение приборов состоит из ВПО и прикладных программ для ПК. Связь с ПК осуществляется по последовательному интерфейсу.

ВПО выполняет функции управления режимами работы, математической обработки и представления измерительной информации. Установка ВПО производится на предприятии-изготовителе.

По своей структуре ВПО разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую части. Каждая структурная часть защищается контрольной суммой по алгоритму CRC16, которая непрерывно контролируется системой диагностики Прибора.

При вычислении результатов измерений учитываются поправочные множители и поправки, которые определяются при регулировке, записываются в энергонезависимую память и защищаются контрольными суммами, непрерывно контролируемые системой диагностики. При обнаружении ошибки контрольных сумм на дисплей выводятся соответствующие сообщения.

ВПО, а также массивы поправочных множителей и поправок защищены от изменений или удаления паролем (десять десятичных цифр).

Приборы имеют защиту от подбора пароля (после 50 попыток ввести неправильный пароль дальнейшая работа прибора блокируется, а снятие блокировки может быть произведено только на предприятии-изготовителе).

Идентификационные данные ВПО Прибора указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор метрологически значимой части программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
ВПО «ЕМЗ.1КМ»	«ЕМЗ1КМ» вер. 2.1	v2.01	0x734D	CRC16

Прикладные программы не содержат метрологически значимых частей и предназначены:

- при автономном использовании - для считывания накопленных в Приборах архивов результатов измерений с целью их просмотра, обработки и распечатки на принтере в более удобной форме (таблицы, графики);
- при использовании в составе измерительных установок - для выбора режима работы, измеряемых величин и диапазонов измерений, а также считывания результатов измерений.

Уровень защиты программного обеспечения Прибора от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню по МИ 3286-2010 – «С»

### Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики Приборов представлены в таблицах 2 – 10. Метрологические характеристики даны с учетом влияния ВПО на результаты измерений.

Приборы обеспечивают измерение электроэнергетических величин в диапазонах и с пределами допускаемых основных погрешностей измерения, приведенных:

- в таблице 2 и 3 – для модификаций "Энергомонитор-3.1КМ-х-02";
- в таблице 4 и 5 – для модификаций "Энергомонитор-3.1КМ-х-05";
- в таблице 6 и 7 – для модификаций "Энергомонитор-3.1КМ-х-10".

Приборы модификаций "Энергомонитор–3.1КМ х-хх-хх1х" (с функцией прибора сравнения) при определении погрешности измерительных трансформаторов обеспечивают измерение в диапазонах и с пределами допускаемых основных погрешностей измерения, приведенных:

- в таблице 8 – для модификаций "Энергомонитор-3.1КМ-х-02-хх1"; в таблице 9 – для модификаций "Энергомонитор-3.1КМ-х-05-хх1" и "Энергомонитор-3.1КМ-х-10-хх1".

Таблица 2 - Диапазоны измерений и пределы допускаемых основных погрешностей измерений приборов "Энергомонитор-3.1КМ-х-02" без использования токоизмерительных клещей

Измеряемые параметры электрической энергии	Диапазон измерений	Вид и единица измерения погрешности, пределы допускаемой основной погрешности	Примечание
1 Среднеквадратическое значение напряжения силы переменного тока (U)	От $0,1U_H$ до $1,2U_H$	Относительная, %, $\pm[0,01+0,002(1,2U_H/U-1)]$	$U_H > 2 В$
		$\pm[0,015+0,003(1,2U_H/U-1)]$	$U_H \leq 2 В$
2 Напряжение силы постоянного тока (U)	От $0,1U_H$ до $1,7U_H$	Относительная, %, $\pm[0,015+0,005(1,7U_H/U-1)]$	$U_H$ от 5 до 480 В
		$\pm[0,015+0,005(1,7U_H/U-1)]$	$U_H \leq 2 В$
		От $0,1U_H$ до $1,25U_H$	$\pm[0,015+0,005(1,25U_H/U-1)]$
3 Среднеквадратическое значение силы переменного тока (I)	От $0,1I_H$ до $1,2I_H$	Относительная, %, $\pm[0,01+0,002(1,2I_H/I-1)]$	
4 Сила постоянного тока <sup>1)</sup> (I)	От $0,1I_H$ до $1,2I_H$	Относительная, %, $\pm[0,015+0,005(1,2I_H/I-1)]$	$I_H = 100 А$
	От $0,1I_H$ до $1,5I_H$	Относительная, %, $\pm[0,015+0,005(1,5I_H/I-1)]$	$I_H < 100 А$
5 Активная электрическая мощность (P)	От $0,01P_H$ до $1,44P_H$	Относительная, %, $\pm[0,01+0,004(1,44P_H/P-1)]$	$P_H = U_H \cdot I_H$ ; $U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ; $0,9 \leq  \cos \phi  \leq 1,0$
		$\pm[0,02+0,004(1,44P_H/P-1)]$	$U_H > 2 В$
			$U_H \leq 2 В$
			$0,2 \leq  \cos \phi  < 0,9$
		$\pm[0,015+0,004(1,44P_H/P-1)]$	$U_H > 2 В$
		$\pm[0,025+0,004(1,44P_H/P-1)]$	$U_H \leq 2 В$
6 Реактивная электрическая мощность, (Q), рассчитываемая методом: - перекрестного включения, - геометрическим методом, - методом сдвига сигнала напряжения на 1/4 периода основной гармонической составляющей	От $0,01Q_H$ до $1,44Q_H$	Относительная, %, $\pm[0,03+0,01(1,44Q_H/Q-1)]$	$Q_H = U_H \cdot I_H$ ; $U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ; $0,9 \leq  \sin \phi  \leq 1,0$
		$\pm[0,05+0,01(1,44Q_H/Q-1)]$	$0,2 \leq  \sin \phi  < 0,9$
7 Полная электрическая мощность (S)	От $0,01S_H$ до $1,44S_H$	Относительная, %, $\pm[0,02+0,005(1,2U_H/U+1,2I_H/I-2)]$	$S_H = U_H \cdot I_H$ ; $U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
		$\pm[0,025+0,01(1,2U_H/U+1,2I_H/I-2)]$	$U_H > 2 В$
			$U_H \leq 2 В$
8 Коэффициент мощности ( $K_P=P/S$ )	От 0,1 до 1,0	Абсолютная; $\pm 0,001$	$I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$
9 Частота силы переменного тока ( $f_1$ )	От 40 до 70	Абсолютная, Гц $\pm 0,001$	$U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$

10 Электрическая мощность силы постоянного тока <sup>1)</sup> (P)		Относительная, %	
	От 0,01P <sub>H</sub> до 2,04P <sub>H</sub>	$\pm[0,03+0,005(2,04P_H/P-1)]$	U <sub>H</sub> до 480 В; I <sub>H</sub> =100 А; U от 0,1U <sub>H</sub> до 1,7U <sub>H</sub> ; I от 0,1I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub> ;
	От 0,01P <sub>H</sub> до 2,55P <sub>H</sub>	$\pm[0,03+0,005(2,55P_H/P-1)]$	U <sub>H</sub> до 480 В; I <sub>H</sub> < 100 А; U от 0,1U <sub>H</sub> до 1,7U <sub>H</sub> ; I от 0,1I <sub>H</sub> до 1,5I <sub>H</sub> ;
	От 0,01P <sub>H</sub> до 1,5P <sub>H</sub>	$\pm[0,03+0,005(1,5P_H/P-1)]$	U <sub>H</sub> = 800 В; I <sub>H</sub> = 100 А; U от 0,1U <sub>H</sub> до 1,25U <sub>H</sub> ; I от 0,1I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub> ;
	От 0,01P <sub>H</sub> до 1,875P <sub>H</sub>	$\pm[0,03+0,005(1,875P_H/P-1)]$	U <sub>H</sub> = 800 В; I <sub>H</sub> < 100 А; U от 0,1U <sub>H</sub> до 1,25U <sub>H</sub> ; I от 0,1I <sub>H</sub> до 1,5I <sub>H</sub> ;
11 Угол фазового сдвига между основными гармоническими составляющими: входных напряжений напряжения и силы тока одной фазы (φ <sub>1</sub> ), градус	От 0 до 360	Абсолютная, градус	U от 0,2U <sub>H</sub> до 1.2U <sub>H</sub>
		$\pm 0,01$	
		$\pm 0,01$	I от 0,2I <sub>H</sub> до 1.2I <sub>H</sub> ;
12 Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей напряжения (U <sub>C1</sub> )	От 0,1U <sub>H</sub> до 1,2U <sub>H</sub>	Относительная, %, $\pm[0,01+0,005(1,2U_H/U_{C1}-1)]$	
13 Среднеквадратическое значение гармонической составляющей напряжения порядка h <sup>2)</sup> (U <sub>Ch</sub> )	От 0 до 0,6U <sub>H</sub>		Для h от 2 до 50
		Абсолютная, В, $\pm 0,0005 U_H$	U <sub>Ch</sub> ≤ 0.01U <sub>H</sub>
		Относительная, %; $\pm 0.05$	U <sub>Ch</sub> > 0.01U <sub>H</sub>
14 Среднеквадратическое значение интергармонической составляющей напряжения порядка m <sup>3)</sup> (U <sub>Cm</sub> )	От 0 до 0,15U <sub>H</sub>		Для m от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0
		Абсолютная, В $\pm 0.001 U_H$	U <sub>Cm</sub> ≤ 0.01U <sub>H</sub>
		Относительная, %, $\pm 0.1$	U <sub>Cm</sub> > 0.01U <sub>H</sub>
15 Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей силы тока (I <sub>C1</sub> )	От 0,1I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub>	Относительная, % $\pm[0,01+0,005(1,2I_H/I_{C1}-1)]$	
16 Среднеквадратическое значение гармонической составляющей силы тока порядка h (I <sub>Ch</sub> )	От 0 до 0,6I <sub>H</sub>		Для h от 2 до 50
		Абсолютная, А, $\pm 0.0005 I_H$ ,	I <sub>Ch</sub> ≤ 0.01I <sub>H</sub>
		Относительная, %, $\pm 0.05$	I <sub>Ch</sub> > 0.01I <sub>H</sub>

17 Среднеквадратическое значение интергармонической составляющей силы тока порядка $m$ ( $I_{Cm}$ ),	От 0 до $0,15I_H$		Для $m$ от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0;
		Абсолютная, А, $\pm 0.0005 I_H$	$U_{Cm} \leq 0.01U_H$
		Относительная, %, $\pm 0.05$	$U_{Cm} > 0.01U_H$
18 Угол фазового сдвига между гармониками порядка $h$ напряжения и силы тока одной фазы	От 0 до 360	Абсолютная, градус,	$U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $K_I(h)$ и $K_U(h)$ от 2 до 15 %
		$\pm 0,3$	для $h$ от 2 до 10
		$\pm 1,0$	для $h$ от 11 до 50
19 Коэффициент гармонической составляющей напряжения порядка $h$ [ $K_U(h)$ ]	От 0 до 49,9		Для $h$ от 2 до 50; $U$ от $0,2U$ до $1,2U_H$
		Абсолютная, %, $\pm 0,003$	$K_U(h) < 1.0$
		Относительная, %, $\pm 0,3$	$K_U(h) \geq 1.0$
20 Коэффициент гармонической составляющей силы тока порядка $h$ [ $K_I(h)$ ]	От 0 до 49,9		Для $h$ от 2 до 50; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$
		Абсолютная, %, $\pm 0,003$	$K_I(h) < 1.0$
		Относительная, %, $\pm 0,3$	$K_I(h) \geq 1.0$
21 Активная электрическая мощность основной гармонической составляющей ( $P_1$ )	От $0,01P_H$ до $1,44P_H$	Относительная, %, $\pm [0,015 + 0,01(1,44P_H/P_1 - 1)]$	$U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ; $ \cos \varphi $ от 0,5 до 1,0
22 Реактивная электрическая мощность основной гармонической составляющей ( $Q_1$ ) р	От $0,01Q_H$ до $1,44Q_H$	Относительная, %, $\pm [0,03 + 0,01(1,44Q_H/Q_1 - 1)]$	$U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
		$\pm [0,05 + 0,01(1,44Q_H/Q_1 - 1)]$	$ \sin \varphi $ от 0,9 до 1
			$ \sin \varphi $ от 0,2 до 0,9
23 Активная электрическая мощность гармонической составляющей порядка $h$ ( $P_{(h)}$ )	от 0 до $0,05P_H$	Абсолютная, Вт, $\pm (0,00003P_H + 0,005P_{(h)})$	Для $h$ от 2 до 50; $U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $ \cos \varphi $ от 0,5 до 1,0; $K_I(h)$ и $K_U(h)$ от 1 до 40 %
24 Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения (THD <sub>U</sub> )	От 0 до 49,9		$U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$
		Абсолютная, %, $\pm 0,003$	THD <sub>U</sub> < 1.0
		Относительная, %, $\pm 0,3$	THD <sub>U</sub> ≥ 1.0
25 Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока (THD <sub>I</sub> )	От 0 до 49,9		$I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$
		Абсолютная, %, $\pm 0,01$	THD <sub>I</sub> < 1.0
		Относительная, %, $\pm 1,0$	THD <sub>I</sub> ≥ 1.0
26 Напряжение прямой последовательности основной частоты ( $U_1$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В $\pm (0,0002 U_H \times \sqrt{3})$	



27 Напряжение нулевой последовательности основной частоты ( $U_0$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В $\pm 0,0005 U_H$	$U$ от $0,5U_H$ до $1,2U_H$ ; $K_{2U} < 15\%$ ; $K_{0U} < 15\%$
28 Напряжение обратной последовательности основной частоты ( $U_2$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm(0,0003 U_H \cdot \sqrt{3})$	
29 Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности ( $K_{2U}$ ) и по нулевой последовательности ( $K_{0U}$ )	От 0 до 15	Абсолютная, %, $\pm 0,05$	$U$ от $0,5U_H$ до $1,2U_H$
30 Ток прямой последовательности основной частоты ( $I_1$ )	от 0 до $I_H$	Абсолютная, А, $\pm 0,0002I_H$	
31 Ток нулевой последовательности основной частоты ( $I_0$ )	от 0 до $I_H$	Абсолютная, А, $\pm 0,0005I_H$	
32 Ток обратной последовательности основной частоты ( $I_2$ )	от 0 до $I_H$	Абсолютная, А, $\pm 0,0003I_H$	
33 Угол фазового сдвига между напряжением и током последовательности, градус: - прямой; - обратной; - нулевой	от 0 до 360	Абсолютная, градус, $\pm 0,3$	$I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; $I_1, I_2, I_0 \geq 0,02 I_H$ ; $U_1, U_2, U_0 \geq 0,02 U_H$
34 Кратковременная доза фликера	от 0,2 до 10	Относительная, %, 5,0	$f = (f_{НОМ} \pm 1)$ Гц; $\Delta U/U \leq 20\%$ ; при колебаниях напряжения, имеющих форму меандра
<p>Примечания</p> <p>1 Параметры, отмеченные <sup>1)</sup>, измеряются только приборами "Энергомонитор-3.1КМ х-02-1".</p> <p>2 Частота гармонической составляющей порядка <math>h</math> равна <math>h \cdot f_1</math>.</p> <p>3 Частота интергармонической составляющей порядка <math>m</math> равна <math>m \cdot f_1</math>.</p> <p>4 Приборы обеспечивают измерение параметров электрического сигнала, если амплитудные значения сигналов напряжения и тока не превышают 170 % от <math>U_H</math> и <math>I_H</math>, соответственно.</p>			

Таблица 3 - Диапазоны измерений и пределы допускаемых основных погрешностей измерений приборов "Энергомонитор-3.1КМ-х-02-х-х1х" при использовании токоизмерительных клещей

Измеряемые параметры электрической энергии	Диапазон измерений	Вид и единица измерения погрешности, пределы допускаемой основной погрешности	Примечание
1 Среднеквадратическое значение напряжения силы переменного тока (U)	От $0,1U_H$ до $1,2U_H$	Относительная, %, $\pm[0,01+0,002(1,2U_H/U-1)]$	$U_H > 2 В$
		$\pm[0,015+0,003(1,2U_H/U-1)]$	$U_H \leq 2 В$
2 Напряжение силы постоянного тока (U)	От $0,1U_H$ до $1,7U_H$	Относительная, %, $\pm[0,01+0,005(1,7U_H/U-1)]$	$U_H$ от 5 до 480 В
		$\pm[0,015+0,005(1,7U_H/U-1)]$	$U_H \leq 2 В$
	От $0,1U_H$ до $1,25U_H$	$\pm[0,015+0,005(1,25U_H/U-1)]$	$U_H = 800 В$
3 Среднеквадратическое значение силы переменного тока (I)	От $0,05I_H$ до $1,2I_H$	Относительная, % $\pm[0,1+0,01(I_H/I - 1)]$ I $\pm[0,2+0,02(I_H/I - 1)]$ II $\pm[0,5+0,05(I_H/I - 1)]$ III $\pm[1,0+0,05(I_H/I - 1)]$ IV $\pm[2,0+0,1(I_H/I - 1)]$ V	
4 Активная электрическая мощность (P)	От $0,01P_H$ до $1,44P_H$	Относительная, %	$P_H = U_H \cdot I_H$ ; $U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ;
			$0,9 <  \cos \varphi  \leq 1,0$
		$\pm 0,2$ I; $\pm 0,4$ II; $\pm 1,0$ III	I от $0,01I_H$ до $0,05I_H$
		$\pm 0,1$ I; $\pm 0,2$ II; $\pm 0,5$ III; $\pm 1,0$ IV; $\pm 2,0$ V	I свыше $0,05I_H$ до $1,2I_H$
			$0,5 \leq  \cos \varphi  \leq 0,9$
		$\pm 0,25$ I; $\pm 0,5$ II;	I от $0,02I_H$ до $0,1I_H$
		$\pm 0,15$ I; $\pm 0,3$ II; $\pm 1,0$ III; $\pm 2,0$ IV; $\pm 4,0$ V	I свыше $0,1I_H$ до $1,2I_H$
$\pm[0,25+0,02(1,44P_H/P - 1)]$ I $\pm[0,5+0,05(1,44P_H/P - 1)]$ II $\pm[1,0+0,1(1,44P_H/P - 1)]$ III $\pm[2,0+0,1(1,44P_H/P - 1)]$ IV	I от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ $0,2 \leq  \cos \varphi  < 0,5$ ;		
5 Реактивная электрическая мощность, (Q), рассчитываемая методом: - перекрестного включения, - геометрическим, - сдвига сигнала напряжения на 1/4 периода основной гармонической составляющей	От $0,01Q_H$ до $1,44Q_H$	Относительная, %	$Q_H = U_H \cdot I_H$ ; $U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ;
			$0,9 <  \sin \varphi  \leq 1,0$
		$\pm 0,3$ I; $\pm 0,75$ II; $\pm 1,5$ III;	I от $0,02I_H$ до $0,05I_H$ ;
		$\pm 0,2$ I; $\pm 0,5$ II; $\pm 1,0$ III; $\pm 2,0$ IV; $\pm 2,0$ V	I свыше $0,05I_H$ до $1,2I_H$
			$0,5 \leq  \sin \varphi  \leq 0,9$
		$\pm 0,3$ I; $\pm 0,75$ II; $\pm 1,5$ III;	I от $0,02I_H$ до $0,1I_H$ ;
		$\pm 0,2$ I; $\pm 0,5$ II; $\pm 1,0$ III; $\pm 2,0$ IV; $\pm 2,0$ V	I свыше $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
$\pm 0,3$ I; $\pm 0,75$ II; $\pm 1,5$ III; $\pm 2,5$ IV; $\pm 2,5$ V	$0,2 \leq  \sin \varphi  < 0,5$ I от $0,1I_H$ до $1,2I_H$		

6 Полная электрическая мощность (S)	От 0,01S <sub>H</sub> до 1,44S <sub>H</sub>	Относительная, %	S <sub>H</sub> = U <sub>H</sub> · I <sub>H</sub> ; U от 0,1U <sub>H</sub> до 1,2U <sub>H</sub> ; I от 0,01I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub>
		±0,2 <sup>I</sup> ; ±0,4 <sup>II</sup> ; ±1,0 <sup>II</sup>	S < 0,1S <sub>H</sub>
		±0,1 <sup>I</sup> ; ±0,2 <sup>II</sup> ; ±0,5 <sup>III</sup> ±1,0 <sup>IV</sup> ; ±2,0 <sup>V</sup>	S от 0,1S <sub>H</sub> до 1,44S <sub>H</sub>
7 Коэффициент мощности (K <sub>p</sub> =P/S)	От 0,1 до 1,0	Абсолютная, ±0,02 <sup>I</sup> ; ±0,02 <sup>II</sup> ; ±0,05 <sup>III</sup> ; ±0,05 <sup>IV</sup> ; ±0,10 <sup>V</sup>	I от 0,2I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub> ; U от 0,2U <sub>H</sub> до 1,2U <sub>H</sub>
8 Частота силы переменного тока (f <sub>1</sub> )	От 40 до 70	Абсолютная, Гц ±0,001	U от 0,2U <sub>H</sub> до 1,2U <sub>H</sub> ; I от 0,2I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub>
9 Угол фазового сдвига между основными гармоническими составляющими: входных напряжений	От 0 до 360	Абсолютная, градус	U от 0,2U <sub>H</sub> до 1,2U <sub>H</sub>
		±0,01	
		±0,5	I от 0,2I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub> ;
напряжения и тока одной фазы (φ <sub>1</sub> )			
10 Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей напряжения (U <sub>C1</sub> )	От 0,1U <sub>H</sub> до 1,2U <sub>H</sub>	Относительная, % ±[0,01+0,005(1,2U <sub>H</sub> /U <sub>C1</sub> -1)]	
11 Среднеквадратическое значение гармонической составляющей напряжения порядка h <sup>1)</sup> (U <sub>Ch</sub> )	От 0 до 0,6U <sub>H</sub>		Для h от 2 до 50
		Абсолютная, В; ±0.0005 U <sub>H</sub>	U <sub>Ch</sub> ≤ 0.01U <sub>H</sub>
		Относительная, %; ±0.05	U <sub>Ch</sub> > 0.01U <sub>H</sub>
12 Среднеквадратическое значение интергармонической составляющей напряжения порядка m <sup>2)</sup> (U <sub>Cm</sub> )	От 0 до 0,15U <sub>H</sub>		Для m от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0
		Абсолютная, В, ±0.0005 U <sub>H</sub> ,	U <sub>Cm</sub> ≤ 0.01U <sub>H</sub>
		Относительная, %, ±0.05	U <sub>Cm</sub> > 0.01U <sub>H</sub>
13 Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей силы тока (I <sub>C1</sub> )	От 0,1I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub>	Относительная, % ±[0,1+0,01((I <sub>H</sub> /I <sub>C1</sub> -1)] <sup>I</sup> ±[0,2+0,02((I <sub>H</sub> /I <sub>C1</sub> -1)] <sup>II</sup> ±[0,5+0,05((I <sub>H</sub> /I <sub>C1</sub> -1)] <sup>III</sup> ±[1,0+0,05((I <sub>H</sub> /I <sub>C1</sub> -1)] <sup>IV</sup> ±[2,0+0,1((I <sub>H</sub> /I <sub>C1</sub> -1)] <sup>V</sup>	
14 Среднеквадратическое значение гармонической составляющей силы тока порядка h (I <sub>Ch</sub> )	От 0 до 0,6I <sub>H</sub>		Для h от 2 до 50
		Абсолютная, А, ±0,02 I <sub>H</sub> <sup>I</sup> ; ±0,04 I <sub>H</sub> <sup>II</sup>	I <sub>Ch</sub> ≤ 0.01I <sub>H</sub>
		Относительная, %, ±5 % <sup>I</sup> ; ±10 % <sup>II</sup>	I <sub>Ch</sub> > 0.01I <sub>H</sub>
15 Среднеквадратическое значение интергармонической составляющей силы тока порядка m (I <sub>Cm</sub> ), А	От 0 до 0,15I <sub>H</sub>		Для m от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0
		Абсолютная, А, ±0.02 I <sub>H</sub> <sup>I</sup> ; ±0.04 I <sub>H</sub> <sup>II</sup>	I <sub>Cm</sub> ≤ 0.01I <sub>H</sub>
		Относительная, %, ±5 % <sup>I</sup> ; ±10 % <sup>II</sup>	I <sub>Cm</sub> > 0.01I <sub>H</sub>

16 Угол фазового сдвига между гармониками порядка $h$ напряжения и силы тока одной фазы	От 0 до 360	Абсолютная, градус,	$U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $K_I(h) \geq 5\%$ ; $K_U(h) \geq 1\%$
		$\pm 2^I$ ; $\pm 2^II$	для $h$ от 2 до 10
		$\pm 10^I$ ; $\pm 10^II$	для $h$ от 11 до 20
		$\pm 20^I$ ; $\pm 20^II$	для $h$ от 21 до 50
17 Коэффициент гармонической составляющей напряжения порядка $h$ [ $K_U(h)$ ]	От 0 до 49,9		Для $h$ от 2 до 50; $U$ от $0,2U$ до $1,2U_H$
		Абсолютная, %, $\pm 0,003$ %	$K_U(h) < 1,0$
		Относительная, %, $\pm 0,3$	$K_U(h) \geq 1,0$
18 Коэффициент гармонической составляющей силы тока порядка $h$ [ $K_I(h)$ ]	От 0 до 49,9		Для $h$ от 2 до 50; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ;
		Абсолютная, % $\pm 0,05^I$ ; $\pm 0,05^II$	$K_I(h) < 1,0$
		Относительная, % $\pm 5,0^I$ ; $\pm 5,0^II$	$K_I(h) \geq 1,0$
19 Активная электрическая мощность основной гармонической составляющей ( $P_1$ )	От $0,01P_H$ до $1,44P_H$	Относительная, %,	$U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ;
			$0,9 <  \cos \varphi  \leq 1,0$
		$\pm 0,2^I$ ; $\pm 0,4^II$ ; $\pm 1,0^III$	$I$ от $0,01I_H$ до $0,05I_H$ ;
		$\pm 0,1^I$ ; $\pm 0,2^II$ ; $\pm 0,5^III$ ; $\pm 1,0^IV$ ; $\pm 2,0^V$	$I$ свыше $0,05I_H$ до $1,2I_H$ ;
			$0,5 \leq  \cos \varphi  \leq 0,9$
		$\pm 0,25^I$ ; $\pm 0,5^II$ ;	$I$ от $0,02I_H$ до $0,1I_H$ ;
		$\pm 0,15^I$ ; $\pm 0,3^II$ ; $\pm 1,0^III$ ; $\pm 2,0^IV$ ; $\pm 4,0^V$	$I$ свыше $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
		$\pm [0,25 + 0,02(1,44P_H/P_1 - 1)]^I$ ; $\pm [0,5 + 0,05(1,44P_H/P_1 - 1)]^II$ ; $\pm [1,0 + 0,1(1,44P_H/P_1 - 1)]^III$ ; $\pm [2,0 + 0,1(1,44P_H/P_1 - 1)]^IV$	$0,2 \leq  \cos \varphi  < 0,5$ $I$ от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
20 Реактивная электрическая мощность основной гармонической составляющей ( $Q_1$ ) $p$	От $0,01Q_H$ до $1,44Q_H$	Относительная, %	$U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ;
			$0,9 <  \sin \varphi  \leq 1,0$
		$\pm 0,3^I$ ; $\pm 0,75^II$ ; $\pm 1,5^III$ ;	$I$ от $0,02I_H$ до $0,05I_H$ ;
		$\pm 0,2^I$ ; $\pm 0,5^II$ ; $\pm 1,0^III$ ; $\pm 2,0^IV$ ; $\pm 2,0^V$	$I$ свыше $0,05I_H$ до $1,2I_H$ ;
			$0,5 \leq  \sin \varphi  \leq 0,9$
		$\pm 0,3^I$ ; $\pm 0,75^II$ ; $\pm 1,5^III$ ;	$I$ от $0,02I_H$ до $0,1I_H$ ;
		$\pm 0,2^I$ ; $\pm 0,5^II$ ; $\pm 1,0^III$ ; $\pm 2,0^IV$ ; $\pm 2,0^V$	$I$ свыше $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
		$\pm 0,3^I$ ; $\pm 0,75^II$ ; $\pm 1,5^III$ ; $\pm 2,5^IV$ ; $\pm 2,5^V$	$0,2 \leq  \sin \varphi  < 0,5$ $I$ от $0,1I_H$ до $1,2I_H$

21 Активная электрическая мощность гармонической составляющей порядка $h$ ( $P_{(h)}$ )	от $0,003P_H$ до $0,1P_H$	Относительная, %	$U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $K_I(h)$ и $K_U(h)$ от 1 до 40 %
		$\pm 5.0$ <sup>I</sup> ; $\pm 10.0$ <sup>II</sup>	$ \cos \varphi $ от 0,9 до 1,0; $h$ от 2 до 50;
			$ \cos \varphi $ от 0.5 до 0,9
		$\pm 5.0$ <sup>I</sup> ; $\pm 10.0$ <sup>II</sup> $\pm 10.0$ <sup>I</sup> ; $\pm 20.0$ <sup>II</sup>	$h$ от 2 до 10 $h$ от 11 до 50
22 Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения ( $THD_U$ )	От 0 до 49,9		$U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$
		Абсолютная, %, $\pm 0,003$	$THD_U < 1.0$
		Относительная, %, $\pm 0,3$	$THD_U \geq 1.0$
23 Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока ( $THD_I$ )	От 0 до 49,9		$I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$
		Абсолютная, %, $\pm 0,1$	$THD_I < 1.0$
		Относительная, %, $\pm 10$	$THD_I \geq 1.0$
24 Напряжение прямой последовательности основной частоты ( $U_1$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm(0,0002 U_H \cdot \sqrt{3})$	
25 Напряжение нулевой последовательности основной частоты ( $U_0$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm 0,0005 U_H$	$U$ от $0,5U_H$ до $1,2U_H$ ; $K_{2U} < 15 \%$ ; $K_{0U} < 15 \%$
26 Напряжение обратной последовательности основной частоты ( $U_2$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm(0,0003 U_H \cdot \sqrt{3})$	$U$ от $0,5U_H$ до $1,2U_H$ ; $K_{2U} < 15 \%$ ; $K_{0U} < 15 \%$
27 Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности ( $K_{2U}$ ) и по нулевой последовательности ( $K_{0U}$ ), %	От 0 до 15	Абсолютная, %, $\pm 0,05$	$U$ от $0,5U_H$ до $1,2U_H$ ;
28 Токи прямой, нулевой и обратной последовательности основной частоты ( $I_1$ , $I_0$ и $I_2$ ), А	от 0 до $I_H$	Абсолютная, А	
		$\pm(0.01I_H)$ <sup>I</sup> ; $\pm(0.01I_H)$ <sup>II</sup>	$I$ от $0,01I_H$ до $1,2I_H$ ;
		$\pm(0.02I_H)$ <sup>III</sup> ; $\pm(0.02I_H)$ <sup>IV</sup>	$I$ от $0,05I_H$ до $1,2I_H$
29 Кратковременная доза фликера	от 0,2 до 10	Относительная, %, $5,0$	$f = (f_{НОМ} \pm 1)$ Гц; $\Delta U/U \leq 20 \%$ ; при колебаниях напряжения, имеющих форму меандра
Примечания			
1 Частота гармонической составляющей порядка $h$ равна $h \cdot f_1$ .			
2 Частота интергармонической составляющей порядка $m$ равна $m \cdot f_1$ .			
3 Значения погрешности, отмеченные "I", "II", "III", "IV" и "V", относятся к прибору при выполнении измерений с использованием токоизмерительных клещей класса точности 0,1 ("I"), 0,2 ("II"), 0,5 ("III"), 1,0 ("IV") и 2,0 ("V"). Номинальные значения силы переменного тока ( $I_H$ ) соответствуют номинальным значениям токоизмерительных клещей из комплекта поставки.			
4 Приборы обеспечивают измерение параметров электрического сигнала, если амплитудные значения сигналов напряжения и тока не превышают 170 % от $U_H$ и $I_H$ , соответственно.			

Таблица 4 - Диапазоны измерений и пределы допускаемых основных погрешностей измерения приборов "Энергомонитор-3.1КМ-х-05" без использования токоизмерительных клещей

Измеряемые параметры электрической энергии	Диапазон измерений	Вид и единица измерения погрешности, пределы допускаемой основной погрешности	Примечание
1 Среднеквадратическое значение напряжения силы переменного тока (U)	От 0,1U <sub>Н</sub> до 1,2U <sub>Н</sub>	Относительная, %, $\pm[0,02+0,005(1,2U_{Н}/U-1)]$	
2 Напряжение силы постоянного тока (U)		Относительная, %, $\pm[0,02+0,005(1,7U_{Н}/U-1)]$	U <sub>Н</sub> до 480 В
	От 0,1U <sub>Н</sub> до 1,7U <sub>Н</sub>		
	От 0,1U <sub>Н</sub> до 1,25U <sub>Н</sub>	$\pm[0,02+0,005(1,25U_{Н}/U-1)]$	U <sub>Н</sub> = 800 В
3 Среднеквадратическое значение силы переменного тока (I)	От 0,1I <sub>Н</sub> до 1,2I <sub>Н</sub>	Относительная, %, $\pm[0,02+0,005(1,2I_{Н}/I-1)]$	
4 Сила постоянного тока <sup>1)</sup> (I)	От 0,1I <sub>Н</sub> до 1,2I <sub>Н</sub>	Относительная, %, $\pm[0,02+0,01(1,2I_{Н}/I-1)]$	I <sub>Н</sub> = 100 А
	От 0,1I <sub>Н</sub> до 1,5I <sub>Н</sub>	Относительная, %, $\pm[0,02+0,01(1,5I_{Н}/I-1)]$	I <sub>Н</sub> < 100 А
5 Активная электрическая мощность (P)	От 0,01P <sub>Н</sub> до 1,44P <sub>Н</sub>	Относительная, %, $\pm[0,05+0,01(1,44P_{Н}/P-1)]$	P <sub>Н</sub> = U <sub>Н</sub> · I <sub>Н</sub> ; U от 0,1U <sub>Н</sub> до 1,2U <sub>Н</sub> ; I от 0,1I <sub>Н</sub> до 1,2I <sub>Н</sub> ;  cos φ  от 0,2 до 1,0
6 Реактивная электрическая мощность, (Q), рассчитываемая методом: - перекрестного включения, - геометрическим, - сдвига сигнала напряжения на 1/4 периода основной гармонической составляющей	От 0,01Q <sub>Н</sub> до 1,44Q <sub>Н</sub>	Относительная, %, $\pm[0,1+0,02(1,44Q_{Н}/Q-1)]$	Q <sub>Н</sub> = U <sub>Н</sub> · I <sub>Н</sub> ; U от 0,1U <sub>Н</sub> до 1,2U <sub>Н</sub> ; I от 0,1I <sub>Н</sub> до 1,2I <sub>Н</sub> ;  sin φ  от 0,2 до 1,0
7 Полная электрическая мощность (S)	От 0,01S <sub>Н</sub> до 1,44S <sub>Н</sub>	Относительная, %, $\pm[0,04+0,01(1,2U_{Н}/U+1,2I_{Н}/I-2)]$	S <sub>Н</sub> = U <sub>Н</sub> · I <sub>Н</sub> ; U от 0,1U <sub>Н</sub> до 1,2U <sub>Н</sub> ; I от 0,1I <sub>Н</sub> до 1,2I <sub>Н</sub> ;
8 Коэффициент мощности (K <sub>р</sub> =P/S)	От 0,1 до 1,0	Абсолютная, $\pm 0,005$	I от 0,2I <sub>Н</sub> до 1,2I <sub>Н</sub> ; U от 0,2U <sub>Н</sub> до 1,2U <sub>Н</sub>
9 Частота переменного тока (f <sub>i</sub> )	От 40 до 70	Абсолютная, Гц, $\pm 0,003$	U от 0,2U <sub>Н</sub> до 1,2U <sub>Н</sub> ; I от 0,2I <sub>Н</sub> до 1,2I <sub>Н</sub>
10 Электрическая мощность силы постоянного тока <sup>1)</sup> (P), Вт		Относительная, %	
	От 0,01P <sub>Н</sub> до 2,04P <sub>Н</sub>	$\pm[0,04+0,01(2,04P_{Н}/P-1)]$	U <sub>Н</sub> до 480 В; I <sub>Н</sub> =100 А; U от 0,1U <sub>Н</sub> до 1,7U <sub>Н</sub> ; I от 0,1I <sub>Н</sub> до 1,2I <sub>Н</sub> ;
	От 0,01P <sub>Н</sub> до 2,55P <sub>Н</sub>	$\pm[0,04+0,01(2,55P_{Н}/P-1)]$	U <sub>Н</sub> до 480 В; I <sub>Н</sub> < 100 А; U от 0,1U <sub>Н</sub> до 1,7U <sub>Н</sub> ; I от 0,1I <sub>Н</sub> до 1,5I <sub>Н</sub> ;

	От $0,01P_H$ до $1,5P_H$	$\pm[0,04+0,01(1,5P_H/P-1)]$	$U_H=800\text{ В}; I_H=100\text{ А};$ $U$ от $0,1U_H$ до $1,25U_H$ ; $I$ от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
	От $0,01P_H$ до $1,875P_H$	$\pm[0,04+0,01(1,875P_H/P-1)]$	$U_H=800\text{ В}; I_H<100\text{ А};$ $U$ от $0,1U_H$ до $1,25U_H$ ; $I$ от $0,1I_H$ до $1,5I_H$ ;
11 Угол фазового сдвига между основными гармоническими составляющими: фазных напряжений, градус напряжения и тока одной фазы ( $\varphi_1$ )	От 0 до 360	Абсолютная, градус	$U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$
		$\pm 0,03$	
		$\pm 0,03$	$I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$
12 Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей напряжения ( $U_{C1}$ )	От $0,1U_H$ до $1,2U_H$	Относительная, % $\pm[0,02+0,005(1,2U_H/U-1)]$	
13 Среднеквадратическое значение гармонической составляющей напряжения порядка $h^2$ ( $U_{Ch}$ )	От 0 до $0,6U_H$		Для $h$ от 2 до 50
		Абсолютная, В, $\pm 0,001 U_H$	$U_{Ch} \leq 0,01U_H$
		Относительная, %, $\pm 0,1$	$U_{Ch} > 0,01U_H$
14 Среднеквадратическое значение интергармонической составляющей напряжения порядка $m^3$ ( $U_{Cm}$ )	От 0 до $0,15U_H$		Для $m$ от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0
		Абсолютная, В, $\pm 0,001 U_H$	$U_{Cm} \leq 0,01U_H$
		Относительная, %, $\pm 0,1$	$U_{Cm} > 0,01U_H$
15 Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей силы тока ( $I_{C1}$ )	От $0,1I_H$ до $1,2I_H$	Относительная, % $\pm[0,02+0,005(1,2I_H/I_{C1}-1)]$	
16 Среднеквадратическое значение гармонической составляющей силы тока порядка $h$ ( $I_{Ch}$ )	От 0 до $0,6I_H$		Для $h$ от 2 до 50
		Абсолютная, $\pm 0,001 I_H$ ;	$I_{Ch} \leq 0,01I_H$
		Относительная; $\pm 0,05\%$	$I_{Ch} > 0,01I_H$
17 Среднеквадратическое значение интергармонической составляющей силы тока порядка $m$ ( $I_{Cm}$ )	От 0 до $0,15I_H$		Для $m$ от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0;
		Абсолютная, А, $\pm 0,001I_H$	$I_{Cm} \leq 0,01I_H$
		Относительная, %, $\pm 0,05$	$I_{Cm} > 0,01I_H$
18 Угол фазового сдвига между гармоническими составляющими порядка $h$ напряжения и силы тока одной фазы, градус	От 0 до 360	Абсолютная, градус,	$U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $K_I(h)$ и $K_U(h)$ от 2 до 15 %
		$\pm 1,0$	для $h$ от 2 до 10
		$\pm 3,0$	для $h$ от 11 до 50

19 Коэффициент гармонической составляющей напряжения порядка $h$ [ $K_U(h)$ ]	От 0 до 49,9		Для $h$ от 2 до 50; $U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$
		Абсолютная, % $\pm 0,01$	$K_U(h) < 1,0$
		Относительная, % 1,0	$K_U(h) \geq 1,0$
20 Коэффициент гармонической составляющей силы тока порядка $h$ [ $K_I(h)$ ]	От 0 до 49,9		Для $h$ от 2 до 50; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$
		Абсолютная, %, $\pm 0,05$	$K_I(h) < 1,0$
		Относительная, %, $\pm 5$	$K_I(h) \geq 1,0$
21 Активная электрическая мощность основной гармонической составляющей ( $P_1$ )	От $0,01P_H$ до $1,44P_H$	Относительная, %, $\pm [0,08 + 0,02(1,32P_H/P_1 - 1)]$	$U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ; $ \cos \varphi $ от 0,5 до 1,0
22 Реактивная электрическая мощность основной гармонической составляющей ( $Q_1$ ),	От $0,01Q_H$ до $1,44Q_H$	Относительная, %, $\pm [0,1 + 0,02(1,44Q_H/Q_1 - 1)]$	$U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ; $ \sin \varphi $ от 0,2 до 1,0
23 Активная электрическая мощность гармонической составляющей порядка $h$ ( $P_{(h)}$ )	от 0 до $0,05P_H$	Абсолютная, Вт, $\pm (0,00005P_H + 0,005P_{(h)})$	Для $h$ от 2 до 50; $U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $ \cos \varphi $ от 0,5 до 1,0; $K_I(h)$ и $K_U(h)$ от 1 до 40 %
24 Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения (THD <sub>U</sub> )	От 0 до 49,9		$U$ от $0,2U_H$ до $1,1U_H$
		Абсолютная, %, $\pm 0,003$	THD <sub>U</sub> < 1,0
		Относительная, %, $\pm 0,3$	THD <sub>U</sub> $\geq 1,0$
25 Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока (THD <sub>I</sub> )	От 0 до 49,9		$I$ от $0,2I_H$ до $1,1I_H$
		Абсолютная, %, $\pm 0,01$	THD <sub>I</sub> < 1,0
		Относительная; $\pm 1,0$	THD <sub>I</sub> $\geq 1,0$
26 Напряжение прямой последовательности основной частоты ( $U_1$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm (0,0004U_H \cdot \sqrt{3})$	
27 Напряжение нулевой последовательности основной частоты ( $U_0$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm 0,001 U_H$	$U$ от $0,5U_H$ до $1,2U_H$ ; $K_{2U} < 15\%$ ; $K_{0U} < 15\%$
28 Напряжение обратной последовательности основной частоты ( $U_2$ ), В	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm (0,0006U_H \cdot \sqrt{3})$	
29 Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности ( $K_{2U}$ ) и по нулевой последовательности ( $K_{0U}$ )	От 0 до 15	Абсолютная, %, $\pm 0,20$	$U$ от $0,5U_H$ до $1,2U_H$ ;



30 Ток прямой последовательности основной частоты ( $I_1$ )	от 0 до $I_H$	Абсолютная, А, $\pm(0,0004I_H)$	
31 Ток нулевой последовательности основной частоты ( $I_0$ )	от 0 до $I_H$	Абсолютная, А, $\pm(0,001I_H)$	
32 Ток обратной последовательности основной частоты ( $I_2$ )	от 0 до $I_H$	Абсолютная, А, $\pm(0,0006I_H)$	
33 Угол фазового сдвига между напряжением и током последовательности: - прямой; - обратной; - нулевой	от 0 до 360	Абсолютная, градус $\pm 0,3$	$I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; $I_1, I_2, I_0 \geq 0,02 I_H$ ; $U_1, U_2, U_0 \geq 0,02 U_H$
34 Кратковременная доза фликера	от 0,2 до 10	Относительная, % 5,0	$f = (f_{НОМ} \pm 1)$ Гц; $\Delta U/U \leq 20$ %; при колебаниях напряжения, имеющих форму меандра
<p>Примечания</p> <p>1 Параметры, отмеченные <sup>1)</sup>, измеряются только приборами "Энергомонитор-3.1КМ х-02-1".</p> <p>2 Частота гармонической составляющей порядка <math>h</math> равна <math>h \cdot f_1</math>.</p> <p>3 Частота интергармонической составляющей порядка <math>m</math> равна <math>m \cdot f_1</math>.</p> <p>4 Приборы обеспечивают измерение параметров электрического сигнала, если амплитудные значения сигналов напряжения и тока не превышают 170 % от <math>U_H</math> и <math>I_H</math>, соответственно.</p>			

Таблица 5 - Диапазоны измерений и пределы допускаемых основных погрешностей измерения приборов "Энергомонитор-3.1КМ-х-05-х-х1х" при использовании токоизмерительных клещей

Измеряемые параметры электрической энергии	Диапазон измерений	Вид и единица измерения погрешности, пределы допускаемой основной погрешности	Примечание
1 Среднеквадратическое значение напряжения силы переменного тока ( $U$ )	От $0,1U_H$ до $1,2U_H$	Относительная, %, $\pm[0,02+0,005(1,2U_H/U-1)]$	
2 Напряжение силы постоянного тока ( $U$ )	От $0,1U_H$ до $1,7U_H$	Относительная, %, $\pm[0,02+0,005(1,7U_H/U-1)]$	$U_H$ до 480 В
	От $0,1U_H$ до $1,25U_H$	$\pm[0,02+0,005(1,25U_H/U-1)]$	$U_H = 800$ В
3 Среднеквадратическое значение силы переменного тока ( $I$ )	От $0,05I_H$ до $1,2I_H$	Относительная, %, $\pm[0,1+0,01(I_H/I-1)]$ $\pm[0,2+0,02(I_H/I-1)]$ $\pm[0,5+0,05(I_H/I-1)]$ $\pm[1,0+0,05(I_H/I-1)]$ $\pm[2,0+0,1(I_H/I-1)]$ I II III IV V	
4 Активная электрическая мощность ( $P$ )	От $0,01P_H$ до $1,44P_H$	Относительная, %, $\pm[0,02+0,005(1,44P_H/P-1)]$	$P_H = U_H \cdot I_H$ ; $U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ;
			$0,9 <  \cos \varphi  \leq 1,0$

		$\pm 0.2^I; \pm 0.4^II; \pm 1.0^III$	I от 0,01I <sub>H</sub> до 0,05I <sub>H</sub> ;
		$\pm 0.1^I; \pm 0.2^II; \pm 0.5^III;$ $\pm 1.0^IV; \pm 2.0^V$	I свыше 0,05I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub> ;
			$0,5 \leq  \cos \varphi  \leq 0,9$
		$\pm 0.25^I; \pm 0.5^II;$	I от 0,02I <sub>H</sub> до 0,1I <sub>H</sub> ;
		$\pm 0,15^I; \pm 0,3^II; \pm 1,0^III;$ $\pm 2,0^IV; \pm 4,0^V$	I свыше 0,1I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub> ;
		$\pm [0,25 + 0,02(1,44P_H/P - 1)]^I$ $\pm [0,5 + 0,05(1,44P_H/P - 1)]^II$ $\pm [1,0 + 0,1(1,44P_H/P - 1)]^III$ $\pm [2,0 + 0,1(1,44P_H/P - 1)]^IV$	I от 0,1I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub> ; $0,2 \leq  \cos \varphi  < 0,5$
5 Реактивная электрическая мощность, (Q), рассчитываемая методом: - перекрестного включения, - геометрическим, - сдвига сигнала напряжения на 1/4 периода основной гармонической составляющей	От 0,01Q <sub>H</sub> до 1,44Q <sub>H</sub>	Относительная, %	$Q_H = U_H \cdot I_H;$ U от 0,1U <sub>H</sub> до 1,2U <sub>H</sub> ;
			$0,9 <  \cos \varphi  \leq 1,0$
		$\pm 0.3^I; \pm 0.75^II; \pm 1,5^III;$	I от 0,02I <sub>H</sub> до 0,05I <sub>H</sub>
		$\pm 0.2^I; \pm 0.5^II; \pm 1,0^III;$ $\pm 2,0^IV; \pm 2,0^V$	I свыше 0,05I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub>
			$0,5 \leq  \sin \varphi  \leq 0,9$
		$\pm 0,3^I; \pm 0,75^II; \pm 1,5^III;$ $\pm 0,2^I; \pm 0,5^II; \pm 1,0^III;$ $\pm 2,0^IV; \pm 2,0^V$	I от 0,02I <sub>H</sub> до 0,1I <sub>H</sub> I свыше 0,1I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub> ;
6 Полная электрическая мощность (S)	От 0,01S <sub>H</sub> до 1,44S <sub>H</sub>	Относительная, %	$S_H = U_H \cdot I_H;$ U от 0,1U <sub>H</sub> до 1,2U <sub>H</sub> ; I от 0,1I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub> ;
		$\pm 0,2^I; \pm 0,4^II; \pm 1,0^III$	$S < 0,1S_H$
		$\pm 0,1^I; \pm 0,2^II; \pm 0,5^III$ $\pm 1,0^IV; \pm 2,0^V$	S от 0,1S <sub>H</sub> до 1,44S <sub>H</sub>
7 Коэффициент мощности (K <sub>p</sub> =P/S)	От 0,1 до 1,0	Абсолютная, $\pm 0,02^I; \pm 0,02^II; \pm 0,05^III;$ $\pm 0,05^IV; \pm 0,10^V$	I от 0,2I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub> ; U от 0,2U <sub>H</sub> до 1,2U <sub>H</sub>
8 Частота силы переменного тока (f <sub>1</sub> )	От 40 до 70	Абсолютная, Гц $\pm 0,003$	U от 0,2U <sub>H</sub> до 1,2U <sub>H</sub> ; I от 0,2I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub>
9 Угол фазового сдвига между основными гармоническими составляющими: фазных напряжений, напряжения и тока одной фазы (φ <sub>1</sub> )		Абсолютная, градус	U от 0,2U <sub>H</sub> до 1,2U <sub>H</sub>
		$\pm 0,03$	
		$\pm 0,5$	I от 0,2I <sub>H</sub> до 1,2I <sub>H</sub>

10 Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей напряжения ( $U_{C1}$ )	От $0,1U_H$ до $1,2U_H$	Относительная, %, $\pm[0,02+0,005(1,2U_H/U_{C1}-1)]$	
11 Среднеквадратическое значение гармонической составляющей напряжения порядка $h^{1)}$ ( $U_{Ch}$ )	От 0 до $0,6U_H$		Для $h$ от 2 до 50
		Абсолютная, В, $\pm 0,001 U_H$	$U_{Ch} \leq 0,01U_H$
		Относительная, %, $\pm 0,1$	$U_{Ch} > 0,01U_H$
12 Среднеквадратическое значение интергармонической составляющей напряжения порядка $m^{2)}$ ( $U_{Cm}$ )	От 0 до $0,15U_H$		Для $m$ от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0
		Абсолютная, В, $\pm 0,001 U_H$	$U_{Cm} \leq 0,01U_H$
		Относительная, %, $\pm 0,1$	$U_{Cm} > 0,01U_H$
13 Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей силы тока ( $I_{C1}$ )	От $0,1I_H$ до $1,2I_H$	Относительная, % $\pm[0,1+0,01((I_H/I_{C1}-1)]^I$ $\pm[0,2+0,02((I_H/I_{C1}-1)]^{II}$ $\pm[0,5+0,05((I_H/I_{C1}-1)]^{III}$ $\pm[1,0+0,05((I_H/I_{C1}-1)]^{IV}$ $\pm[2,0+0,1((I_H/I_{C1}-1)]^V$	
14 Среднеквадратическое значение гармонической составляющей силы тока порядка $h$ ( $I_{Ch}$ )	От 0 до $0,6I_H$		Для $h$ от 2 до 50
		Абсолютная, А, $\pm 0,02 I_H^I$ ; $\pm 0,04 I_H^{II}$	$I_{Ch} \leq 0,01I_H$
		Относительная, %, $\pm 5^I$ ; $\pm 10^{II}$	$I_{Ch} > 0,01I_H$
15 Среднеквадратическое значение интергармонической составляющей силы тока порядка $m$ ( $I_{Cm}$ )	От 0 до $0,15I_H$		Для $m$ от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0
		Абсолютная, А, $\pm 0,02 I_H^I$ ; $\pm 0,04 I_H^{II}$	$I_{Cm} \leq 0,01I_H$
		Относительная, %, $\pm 5^I$ ; $\pm 10^{II}$	$I_{Cm} > 0,01I_H$
16 Угол фазового сдвига между гармониками порядка $h$ напряжения и силы тока одной фазы	От 0 до 360	Абсолютная, градус,	$U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $K_U(h) \geq 5\%$ ; $K_I(h) \geq 1\%$
		$\pm 2^I$ ; $\pm 2^{II}$	для $h$ от 2 до 10
		$\pm 10^I$ ; $\pm 10^{II}$	для $h$ от 11 до 20
		$\pm 20^I$ ; $\pm 20^{II}$	для $h$ от 21 до 50
17 Коэффициент гармонической составляющей напряжения порядка $h$ [ $K_U(h)$ ]	От 0 до 49,9		Для $h$ от 2 до 50; $U$ от $0,2U$ до $1,2U_H$
		Абсолютная, % $\pm 0,01$	$K_U(h) < 1\%$
		Относительная; 1,0	$K_U(h) \geq 1\%$
18 Коэффициент гармонической составляющей	От 0 до 49,9		Для $h$ от 2 до 50; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ;

силы тока порядка $h$ [ $K_I(h)$ ]		Абсолютная, %, $\pm 0,05^I$ ; $\pm 0,05^{II}$	$K_I(h) < 1.0$
		Относительная, %, $\pm 5,0^I$ ; $\pm 5,0^{II}$	$K_I(h) \geq 1.0$
19 Активная электрическая мощность основной гармонической составляющей ( $P_1$ )	От $0,01P_H$ до $1,44P_H$	Относительная, %	$U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ; $0,9 <  \cos \phi  \leq 1,0$
		$\pm 0,2^I$ ; $\pm 0,4^{II}$ ; $\pm 1,0^{III}$	$I$ от $0,01I_H$ до $0,05I_H$ ;
		$\pm 0,1^I$ ; $\pm 0,2^{II}$ ; $\pm 0,5^{III}$ ; $\pm 1,0^{IV}$ ; $\pm 2,0^V$	$I$ свыше $0,05I_H$ до $1,2I_H$ ;
			$0,5 \leq  \cos \phi  \leq 0,9$
		$\pm 0,25^I$ ; $\pm 0,5^{II}$ ;	$I$ от $0,02I_H$ до $0,1I_H$ ;
		$\pm 0,15^I$ ; $\pm 0,3^{II}$ ; $\pm 1,0^{III}$ ; $\pm 2,0^{IV}$ ; $\pm 4,0^V$	$I$ свыше $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
		$\pm [0,25 + 0,02(1,44P_H/P_1 - 1)]^I$ ; $\pm [0,5 + 0,05(1,44P_H/P_1 - 1)]^{II}$ ; $\pm [1,0 + 0,1(1,44P_H/P_1 - 1)]^{III}$ ; $\pm [2,0 + 0,1(1,44P_H/P_1 - 1)]^{IV}$	$0,2 \leq  \cos \phi  < 0,5$ $I$ от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
20 Реактивная электрическая мощность основной гармонической составляющей ( $Q_1$ )	От $0,01Q_H$ до $1,44Q_H$	Относительная, %	$U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ; $0,9 <  \sin \phi  \leq 1,0$
		$\pm 0,3^I$ ; $\pm 0,75^{II}$ ; $\pm 1,5^{III}$ ;	$I$ от $0,02I_H$ до $0,05I_H$
		$\pm 0,2^I$ ; $\pm 0,5^{II}$ ; $\pm 1,0^{III}$ ; $\pm 2,0^{IV}$ ; $\pm 2,0^V$	$I$ свыше $0,05I_H$ до $1,2I_H$
			$0,5 \leq  \sin \phi  \leq 0,9$
		$\pm 0,3^I$ ; $\pm 0,75^{II}$ ; $\pm 1,5^{III}$ ;	$I$ от $0,02I_H$ до $0,1I_H$
		$\pm 0,2^I$ ; $\pm 0,5^{II}$ ; $\pm 1,0^{III}$ ; $\pm 2,0^{IV}$ ; $\pm 2,0^V$	$I$ свыше $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
		$\pm 0,3^I$ ; $\pm 0,75^{II}$ ; $\pm 1,5^{III}$ ; $\pm 2,5^{IV}$ ; $\pm 2,5^V$	$0,2 \leq  \sin \phi  < 0,5$ $I$ от $0,1I_H$ до $1,2I_H$
21 Активная электрическая мощность гармонической составляющей порядка $h$ ( $P_{(h)}$ )	от $0,003P_H$ до $0,1P_H$	Относительная, %, $\pm 5,0^I$ ; $\pm 10,0^{II}$	$U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $K_I(h)$ и $K_U(h)$ от 1 до 40 %
			$ \cos \phi $ от 0,9 до 1,0; Для $h$ от 2 до 50;
			$ \cos \phi $ от 0,5 до 0,9
		$\pm 5,0^I$ ; $\pm 10,0^{II}$	$h$ от 2 до 10
		$\pm 10,0^I$ ; $\pm 20,0^{II}$	$h$ от 11 до 50
22 Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения ( $THD_U$ )	От 0 до 49,9		$U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$
		Абсолютная, %, $\pm 0,05$	$THD_U < 1.0$
		Относительная, %, $\pm 5$	$THD_U \geq 1.0$
23 Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока ( $THD_I$ )	От 0 до 49,9		$I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$
		Абсолютная, %, $\pm 0,1$	$THD_I < 1.0$
		Относительная, %, $\pm 10$	$THD_I \geq 1.0$
24 Напряжение прямой последовательности основной частоты ( $U_1$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm (0,0004U_H \times \sqrt{3})$	

25 Напряжение нулевой последовательности основной частоты ( $U_0$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm 0,001 U_H$	$U$ от $0,5U_H$ до $1,2U_H$ ; $K_{2U} < 15\%$ ; $K_{0U} < 15\%$
26 Напряжение обратной последовательности основной частоты ( $U_2$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm(0,0006U_H \cdot \sqrt{3})$	
27 Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности ( $K_{2U}$ ) и по нулевой последовательности ( $K_{0U}$ )	От 0 до 15	Абсолютная, %, $\pm 0,20$	$U$ от $0,5U_H$ до $1,2U_H$ ;
28 Токи прямой, нулевой и обратной последовательности основной частоты ( $I_1$ , $I_0$ и $I_2$ )	от 0 до $I_H$	Абсолютная, А	
		$\pm(0.01I_H)$ <sup>I</sup> ; $\pm(0.01I_H)$ <sup>II</sup>	$I$ от $0,01I_H$ до $1,2I_H$ ;
		$\pm(0.02I_H)$ <sup>III</sup> ; $\pm(0.02I_H)$ <sup>IV</sup>	$I$ от $0,05I_H$ до $1,2I_H$
29 Кратковременная доза фликера	от 0,2 до 10	Относительная, %, 5,0	$f = (f_{НОМ} \pm 1)$ Гц; $\Delta U/U \leq 20\%$ ; при колебаниях напряжения, имеющих форму меандра

Примечания  
 1 Частота гармонической составляющей порядка  $h$  равна  $h \cdot f_1$ .  
 2 Частота интергармонической составляющей порядка  $m$  равна  $m \cdot f_1$ .  
 3 Значения погрешности, отмеченные "I", "II", "III", "IV" и "V", относятся к прибору при выполнении измерений с использованием токоизмерительных клещей класса точности 0,1 ("I"), 0,2 ("II"), 0,5 ("III"), 1,0 ("IV") и 2,0 ("V"). Номинальные значения силы переменного тока ( $I_H$ ) соответствуют номинальным значениям токоизмерительных клещей из комплекта поставки.  
 4 Приборы обеспечивают измерение параметров электрического сигнала, если амплитудные значения сигналов напряжения и тока не превышают 170 % от  $U_H$  и  $I_H$ , соответственно.

Таблица 6 - Диапазоны измерений и пределы допускаемых основных погрешностей измерения приборов "Энергомонитор-3.1КМ-х-10" без использования токоизмерительных клещей

Измеряемые параметры электрической энергии	Диапазон измерений	Вид и единица измерения погрешности, пределы допускаемой основной погрешности	Примечание
1 Среднеквадратическое значение напряжения силы переменного тока ( $U$ )	От $0,1U_H$ до $1,2U_H$	Относительная, %, $\pm [0,04+0,01(1,2U_H/U-1)]$	
2 Напряжение силы постоянного тока ( $U$ )	От $0,1U_H$ до $1,7U_H$	Относительная, %, $\pm [0,04+0,01(1,7U_H/U-1)]$	$U_H$ до 480 В
	От $0,1U_H$ до $1,25U_H$	Относительная, %, $\pm [0,04+0,01(1,25U_H/U-1)]$	$U_H = 800$ В
3 Среднеквадратическое значение силы переменного тока ( $I$ )	От $0,1I_H$ до $1,2I_H$	Относительная, %, $\pm [0,04+0,01(1,2I_H/I-1)]$	
4 Сила постоянного тока <sup>1)</sup> ( $I$ )	От $0,1I_H$ до $1,2I_H$	Относительная, %, $\pm [0,04+0,01(1,2I_H/I-1)]$	$I_H = 100$ А

	От $0,1I_H$ до $1,5I_H$	Относительная, %, $\pm[0,04+0,01(1,5I_H/I-1)]$	$I_H < 100 \text{ A}$
5 Активная электрическая мощность (P)	От $0,01P_H$ до $1,44P_H$	Относительная, % $\pm[0,1+0,01(1,44P_H/P-1)]$	$P_H = U_H \cdot I_H$ ; U от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ; I от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ; $ \cos \varphi $ от 0,2 до 1,0
6 Реактивная электрическая мощность, (Q), рассчитываемая методом: - перекрестного включения, - геометрическим, - сдвига сигнала напряжения на 1/4 периода основной гармонической составляющей	От $0,01Q_H$ до $1,44Q_H$	Относительная, %, $\pm[0,2+0,02(1,44Q_H/Q-1)]$	$Q_H = U_H \cdot I_H$ ; U от $0,1U_H$ до $1,1U_H$ ; I от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
			$ \sin \varphi $ от 0,9 до 1
		$\pm[0,2+0,02(1,44Q_H/Q-1)]$	$ \sin \varphi $ от 0,5 до 0,9
7 Полная электрическая мощность (S)	От $0,01S_H$ до $1,44S_H$	Относительная, %, $\pm[0,1+0,01(1,2U_H/U+1,2I_H/I-2)]$	$S_H = U_H \cdot I_H$ ; U от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ; I от $0,1I_H$ до $1,2I_H$
8 Коэффициент мощности ( $K_P = P/S$ )	От 0,1 до 1,0	Абсолютная, $\pm 0,02$	I от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; U от $0,2U_H$ до $1,2U_H$
9 Частота переменного тока ( $f_1$ )	От 40 до 70	Абсолютная, Гц $\pm 0,01$	U от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; I от $0,2I_H$ до $1,2I_H$
10 Электрическая мощность постоянного тока <sup>1)</sup> (P)		Относительная, %, $\pm[0,08+0,01(2,04P_H/P-1)]$	$U_H$ до 480 В; $I_H = 100 \text{ A}$ ; U от $0,1U_H$ до $1,7U_H$ ; I от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
	От $0,01P_H$ до $2,04P_H$	$\pm[0,08+0,01(2,55P_H/P-1)]$	$U_H$ до 480 В; $I_H < 100 \text{ A}$ ; U от $0,1U_H$ до $1,7U_H$ ; I от $0,1I_H$ до $1,5I_H$ ;
	От $0,01P_H$ до $1,5P_H$	$\pm[0,08+0,01(1,5P_H/P-1)]$	$U_H = 800 \text{ В}$ ; $I_H = 100 \text{ A}$ ; U от $0,1U_H$ до $1,25U_H$ ; I от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
	От $0,01P_H$ до $1,875P_H$	$\pm[0,08+0,01(1,875P_H/P-1)]$	$U_H = 800 \text{ В}$ и $I_H < 100 \text{ A}$ ; U от $0,1U_H$ до $1,25U_H$ ; I от $0,1I_H$ до $1,5I_H$ ;
8 Коэффициент мощности ( $K_P = P/S$ )	От 0,1 до 1,0	Абсолютная, $\pm 0,02$	I от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; U от $0,2U_H$ до $1,2U_H$
9 Частота переменного тока ( $f_1$ )	От 40 до 70	Абсолютная, Гц $\pm 0,01$	U от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; I от $0,2I_H$ до $1,2I_H$
11 Угол фазового сдвига между основными гармоническими составляющими: входных напряжений, напряжения и силы тока одной фазы ( $\varphi_1$ )	От 0 до 360	Абсолютная, градус	U от $0,2U_H$ до $1,2U_H$
		$\pm 0,05$	
		$\pm 0,05$	I от $0,2I_H$ до $1,2I_H$

12 Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей напряжения ( $U_{C1}$ )	От $0,1U_H$ до $1,2U_H$	Относительная, %, $\pm[0,04+0,01(1,2U_H/U_{C1}-1)]$	
13 Среднеквадратическое значение гармонической составляющей напряжения порядка $h$ <sup>2)</sup> ( $U_{Ch}$ )	От 0 до $0,6U_H$		Для $h$ от 2 до 50
		Абсолютная, В, $\pm 0,002 U_H$	$U_{Ch} \leq 0,01U_H$
		Относительная, %; $\pm 0,2$	$U_{Ch} > 0,01U_H$
14 Среднеквадратическое значение интергармонической составляющей напряжения порядка $m$ <sup>3)</sup> ( $U_{Cm}$ )	От 0 до $0,15U_H$		Для $m$ от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0
		Абсолютная, В, $\pm 0,002 U_H$	$U_{Ck} \leq 0,01U_H$
		Относительная, %, $\pm 0,2$	$U_{Ck} > 0,01U_H$
15 Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей силы тока ( $I_{C1}$ )	От $0,1I_H$ до $1,2I_H$	Относительная, %, $\pm[0,04+0,01(1,2I_H/I_{C1}-1)]$	
16 Среднеквадратическое значение гармонической составляющей силы тока порядка $h$ ( $I_{Ch}$ )	От 0 до $0,6I_H$		Для $h$ от 2 до 50
		Абсолютная, А, $\pm 0,002 I_H$	$I_{Ch} \leq 0,01I_H$
		Относительная, %, $\pm 0,1$	$I_{Ch} > 0,01I_H$
17 Среднеквадратическое значение интергармонической составляющей силы тока порядка $m$ ( $I_{Cm}$ )	От 0 до $0,15I_H$		Для $m$ от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0;
		Абсолютная, А, $\pm 0,002I_H$	$I_{Ck} \leq 0,01I_H$
		Относительная, %, $\pm 0,1$	$I_{Ck} > 0,01I_H$
18 Угол фазового сдвига между гармониками порядка $h$ напряжения и силы тока одной фазы	От 0 до 360	Абсолютная, градус	$U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $K_I(h)$ и $K_U(h)$ от 2 до 15 %
		$\pm 1,0$	для $h$ от 2 до 10
		$\pm 3,0$	для $h$ от 11 до 50
19 Коэффициент гармонической составляющей напряжения порядка $h$ [ $K_U(h)$ ]	От 0 до 49,9		Для $h$ от 2 до 50; $U$ от $0,2U$ до $1,2U_H$
		Абсолютная, %, $\pm 0,05$	$K_U(h) < 1,0$
		Относительная, %, 5	$K_U(h) \geq 1,0$
20 Коэффициент гармонической составляющей силы тока порядка $h$ [ $K_I(h)$ ]	От 0 до 49,9		Для $h$ от 2 до 50; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$
		Абсолютная; $\pm 0,05$ %	$K_I(h) < 1,0$
		Относительная; $\pm 5$ %	$K_I(h) \geq 1,0$

21 Активная электрическая мощность основной гармонической составляющей ( $P_1$ )	От $0,01P_H$ до $1,44P_H$	Относительная, %, $\pm[0,1+0,02(1,44P_H/P_1-1)]$	$U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ; $ \cos \varphi $ от 0,5 до 1
22 Реактивная электрическая мощность основной гармонической составляющей ( $Q_1$ )	От $0,01Q_H$ до $1,44Q_H$	Относительная, %, $\pm[0,2+0,02(1,44Q_H/Q_1-1)]$	$U$ от $0,1U_H$ до $1,1U_H$ ; $I$ от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ; $ \sin \varphi $ от 0,9 до 1
		$\pm[0,2+0,02(1,44Q_H/Q_1-1)]$	$ \sin \varphi $ от 0,5 до 0,9
23 Активная электрическая мощность гармонической составляющей порядка $h$ ( $P_{(h)}$ )	от 0 до $0,05P_H$	Абсолютная, Вт, $\pm(0,0001P_H + 0,005P_{(h)})$	Для $h$ от 2 до 50; $U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $ \cos \varphi $ от 0,5 до 1,0; $K_I(h)$ и $K_U(h)$ от 1 до 40 %
24 Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения ( $THD_U$ )	От 0 до 49,9	Абсолютная, %, $\pm 0,05$	$U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ $THD_U < 1,0$
		Относительная, %, $\pm 5$	$THD_U \geq 1,0$
25 Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока ( $THD_I$ )	От 0 до 49,9	Абсолютная, %, $\pm 0,05$	$I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ $THD_I < 1,0$
		Относительная, %, $\pm 5$	$THD_I \geq 1,0$
26 Напряжение прямой последовательности основной частоты ( $U_1$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm(0,001U_H \times \sqrt{3})$	
27 Напряжение нулевой последовательности основной частоты ( $U_0$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm 0,002 U_H$	$U$ от $0,5U_H$ до $1,2U_H$ ; $K_{2U} < 15 \%$ ; $K_{0U} < 15 \%$
28 Напряжение обратной последовательности основной частоты ( $U_2$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm(0,002U_H \cdot \sqrt{3})$	
29 Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности ( $K_{2U}$ ) и по нулевой последовательности ( $K_{0U}$ )	От 0 до 15	Абсолютная, %, $\pm 0,20$	$U$ от $0,5U_H$ до $1,2U_H$ ;
30 Ток прямой последовательности основной частоты ( $I_1$ )	от 0 до $I_H$	Абсолютная, А, $\pm(0,001I_H)$	
31 Ток нулевой последовательности основной частоты ( $I_0$ )	от 0 до $I_H$	Абсолютная, А, $\pm(0,002I_H)$	
32 Ток обратной последовательности основной частоты ( $I_2$ )	от 0 до $I_H$	Абсолютная, А, $\pm(0,002I_H)$	



33 Угол фазового сдвига между напряжением и током последовательности: - прямой; - обратной; - нулевой	от 0 до 360	Абсолютная, градус $\pm 1,0$	$I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $U$ от $0,2U_H$ до $1,1U_H$ ; $I_1, I_2, I_0 \geq 0,02 I_H$ ; $U_1, U_2, U_0 \geq 0,02 U_H$
29 Кратковременная доза фликера	от 0,2 до 10	Относительная, %, 5,0	$f = (f_{НОМ} \pm 1)$ Гц; $\Delta U/U \leq 20$ %; при колебаниях напряжения, имеющих форму меандра
<p>Примечания</p> <p>1 Параметры, отмеченные <sup>1)</sup>, измеряются только приборами "Энергомонитор-3.1КМ х-02-1".</p> <p>2 Частота гармонической составляющей порядка <math>h</math> равна <math>h \cdot f_1</math>.</p> <p>3 Частота интергармонической составляющей порядка <math>m</math> равна <math>m \cdot f_1</math>.</p> <p>4 Приборы обеспечивают измерение параметров электрического сигнала, если амплитудные значения сигналов напряжения и тока не превышают 170 % от <math>U_H</math> и <math>I_H</math>, соответственно.</p>			

Таблица 7 - Диапазоны измерений и пределы допускаемых основных погрешностей измерения приборов "Энергомонитор-3.1КМ-х-10" при использовании токоизмерительных клещей

Измеряемые параметры электрической энергии	Диапазон измерений	Вид и единица измерения погрешности, пределы допускаемой основной погрешности	Примечание
1 Среднеквадратическое значение напряжения силы переменного тока (U)	От $0,1U_H$ до $1,2U_H$	Относительная, %, $\pm [0,04+0,01(1,2U_H/U-1)]$	
2 Напряжение силы постоянного тока (U)		Относительная, %, $\pm [0,04+0,01(1,7U_H/U-1)]$	$U_H$ до 480 В
	От $0,1U_H$ до $1,7U_H$	$\pm [0,04+0,01(1,7U_H/U-1)]$	$U_H = 800$ В
	От $0,1U_H$ до $1,25U_H$	$\pm [0,04+0,01(1,25U_H/U-1)]$	
3 Среднеквадратическое значение силы переменного тока (I)	От $0,05I_H$ до $1,2I_H$	Относительная, %, $\pm [0,1+0,01(I_H/I - 1)]$ I $\pm [0,2+0,02(I_H/I - 1)]$ II $\pm [0,5+0,05(I_H/I - 1)]$ III $\pm [1,0+0,05(I_H/I - 1)]$ IV $\pm [2,0+0,1(I_H/I - 1)]$ V	
4 Активная электрическая мощность (P)	От $0,01P_H$ до $1,44P_H$	Относительная, %, $\pm [0,1+0,01(P_H/P - 1)]$	$P_H = U_H \cdot I_H$ ; $U$ от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ;
			$0,9 <  \cos \varphi  \leq 1,0$

		$\pm 0,2^I; \pm 0,4^II; \pm 1,0^III$	I от $0,01I_H$ до $0,05I_H$
		$\pm 0,1^I; \pm 0,2^II; \pm 0,5^III;$ $\pm 1,0^IV; \pm 2,0^V$	I свыше $0,05I_H$ до $1,2I_H$
			$0,5 \leq  \cos \varphi  \leq 0,9$
		$\pm 0,25^I; \pm 0,5^II;$	I от $0,02I_H$ до $0,1I_H$
		$\pm 0,15^I; \pm 0,3^II; \pm 1,0^III;$ $\pm 2,0^IV; \pm 4,0^V$	I свыше $0,1I_H$ до $1,2I_H$
			$0,2 \leq  \cos \varphi  < 0,5$
		$\pm [0,25 + 0,02(1,44P_H/P - 1)]^I;$ $\pm [0,5 + 0,05(1,44P_H/P - 1)]^II;$ $\pm [1,0 + 0,1(1,44P_H/P - 1)]^III;$ $\pm [2,0 + 0,1(1,44P_H/P - 1)]^IV$	I от $0,1I_H$ до $1,2I_H$
5 Реактивная электрическая мощность, (Q), рассчитываемая методом: - перекрестного включения, - геометрическим, - сдвига сигнала напряжения на 1/4 периода основной гармонической составляющей	От $0,01Q_H$ до $1,44Q_H$	Относительная, %	$Q_H = U_H \cdot I_H;$ U от $0,1U_H$ до $1,1U_H;$
			$0,9 <  \cos \varphi  \leq 1,0$
		$\pm 0,3^I; \pm 0,75^II; \pm 1,5^III;$	I от $0,02I_H$ до $0,05I_H$
		$\pm 0,2^I; \pm 0,5^II; \pm 1,0^III;$ $\pm 2,0^IV; \pm 2,0^V$	I свыше $0,05I_H$ до $1,2I_H$
			$0,5 \leq  \cos \varphi  \leq 0,9$
		$\pm 0,3\% ^I; \pm 0,75\% ^II; \pm 1,5\% ^III;$	I от $0,02I_H$ до $0,1I_H$
		$\pm 0,2\% ^I; \pm 0,5\% ^II; \pm 1,0\% ^III;$ $\pm 2,0\% ^IV; \pm 2,0\% ^V$	I свыше $0,1I_H$ до $1,2I_H$
6 Полная электрическая мощность (S)	От $0,01S_H$ до $1,44S_H$	Относительная, %	$S_H = U_H \cdot I_H;$ U от $0,1U_H$ до $1,2U_H;$ I от $0,1I_H$ до $1,2I_H;$
		$\pm 0,2^I; \pm 0,4^II; \pm 1,0^III$	$S < 0,1S_H$
		$\pm 0,1^I; \pm 0,2^II; \pm 0,5^III;$ $\pm 1,0^IV; \pm 2,0^V$	S от $0,1S_H$ до $1,44S_H$
7 Коэффициент мощности ( $K_p = P/S$ )	От 0,1 до 1,0	Абсолютная, $\pm 0,02^I; \pm 0,02^II; \pm 0,05^III;$ $\pm 0,05^IV; \pm 0,10^V$	I от $0,2I_H$ до $1,2I_H;$ U от $0,2U_H$ до $1,2U_H$
8 Частота силы переменного тока ( $f_1$ )	От 40 до 70	Абсолютная, Гц, $\pm 0,01$	U от $0,2U_H$ до $1,2U_H;$ I от $0,2I_H$ до $1,2I_H$
9 Угол фазового сдвига между основными гармоническими составляющими: фазных напряжений, напряжения и тока одной фазы ( $\varphi_1$ )	От 0 до $360^\circ$	Абсолютная, градус,	U от $0,2U_H$ до $1,2U_H$
		$\pm 0,2$	
		$\pm 0,5$	I от $0,2I_H$ до $1,2I_H$

10 Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей напряжения ( $U_{C1}$ )	От $0,1U_H$ до $1,2U_H$	Относительная, %, $\pm[0,04+0,01(1,2U_H/U_{C1}-1)]$	
11 Среднеквадратическое значение гармонической составляющей напряжения порядка $h$ <sup>1)</sup> ( $U_{Ch}$ )	От 0 до $0,6U_H$		Для $h$ от 2 до 50
		Абсолютная, В, $\pm 0.002 U_H$	$U_{Ch} \leq 0.01U_H$
		Относительная, %, $\pm 0.2$	$U_{Ch} > 0.01U_H$
12 Среднеквадратическое значение интергармонической составляющей напряжения порядка $m$ <sup>2)</sup> ( $U_{Cm}$ )	От 0 до $0,15U_H$		Для $m$ от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0
		Абсолютная, В $\pm 0.002 U_H$	$U_{Cm} \leq 0.01U_H$
		Относительная, %, $\pm 0.2$	$U_{Cm} > 0.01U_H$
13 Среднеквадратическое значение основной гармонической составляющей силы тока ( $I_{C1}$ )	От $0,1I_H$ до $1,2I_H$	Относительная, % $\pm[0,1+0,01((I_H/I_{C1}-1)]$ <sup>I</sup> $\pm[0,2+0,02((I_H/I_{C1}-1)]$ <sup>II</sup> $\pm[0,5+0,05((I_H/I_{C1}-1)]$ <sup>III</sup> $\pm[1,0+0,05((I_H/I_{C1}-1)]$ <sup>IV</sup> $\pm[2,0+0,1((I_H/I_{C1}-1)]$ <sup>V</sup>	
14 Среднеквадратическое значение гармонической составляющей тока порядка $h$ ( $I_{Ch}$ )	От 0 до $0,6I_H$		Для $h$ от 2 до 50
		Абсолютная, $\pm 0.02 I_H$ <sup>I</sup> ; $\pm 0.04 I_H$ <sup>II</sup>	$I_{Ch} \leq 0.01I_H$
		Относительная; $\pm 5\%$ <sup>I</sup> ; $\pm 10\%$ <sup>II</sup>	$I_{Ch} > 0.01I_H$
15 Среднеквадратическое значение интергармонической составляющей тока порядка $m$ ( $I_{Cm}$ )	От 0 до $0,15I_H$		Для $m$ от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0
		Абсолютная, А, $\pm 0.02 I_H$ <sup>I</sup> ; $\pm 0.04 I_H$ <sup>II</sup>	$I_{Cm} \leq 0.01I_H$
		Относительная, %, $\pm 5\%$ <sup>I</sup> ; $\pm 10\%$ <sup>II</sup>	$I_{Cm} > 0.01I_H$
16 Угол фазового сдвига между гармониками порядка $h$ напряжения и тока одной фазы	От 0 до 360	Абсолютная, градус,	$U$ от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; $I$ от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $K_I(h)$ и $K_U(h)$ от 2 до 15 %
		$\pm 2$ <sup>I</sup> ; $\pm 2$ <sup>II</sup>	для $h$ от 2 до 10
		$\pm 10$ <sup>I</sup> ; $\pm 10$ <sup>II</sup>	для $h$ от 11 до 20
		$\pm 20$ <sup>I</sup> ; $\pm 20$ <sup>II</sup>	для $h$ от 21 до 50
17 Коэффициент гармонической составляющей напряжения порядка $h$ [ $K_U(h)$ ]	От 0 до 49,9		Для $h$ от 2 до 50; $U$ от $0,2U$ до $1,2U_H$
		Абсолютная, %, $\pm 0,05$	$K_U(h) < 1.0$
		Относительная, %, 5	$K_U(h) \geq 1.0$

18 Коэффициент гармонической составляющей тока порядка $h$ [ $K_I(h)$ ]	От 0 до 49,9		Для $h$ от 2 до 50; I от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ;
		Абсолютная, %, $\pm 0,05$ <sup>I</sup> ; $\pm 0,05$ <sup>II</sup>	$K_I(h) < 1,0$
		Относительная, %, $\pm 5,0$ <sup>I</sup> ; $\pm 5,0$ <sup>II</sup>	$K_I(h) \geq 1,0$
19 Активная электрическая мощность основной гармонической составляющей ( $P_1$ )	От $0,01P_H$ до $1,44P_H$	Относительная, %, $0,9 <  \cos \phi  \leq 1,0$	U от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ;
		$\pm 0,2$ <sup>I</sup> ; $\pm 0,4$ <sup>II</sup> ; $\pm 1,0$ <sup>III</sup>	I от $0,01I_H$ до $0,05I_H$ ;
		$\pm 0,1$ <sup>I</sup> ; $\pm 0,2$ <sup>II</sup> ; $\pm 0,5$ <sup>III</sup> ; $\pm 1,0$ <sup>IV</sup> ; $\pm 2,0$ <sup>V</sup>	I свыше $0,05I_H$ до $1,2I_H$ ;
		$0,5 \leq  \cos \phi  \leq 0,9$	
		$\pm 0,25$ <sup>I</sup> ; $\pm 0,5$ <sup>II</sup> ;	I от $0,02I_H$ до $0,1I_H$ ;
		$\pm 0,15$ <sup>I</sup> ; $\pm 0,3$ <sup>II</sup> ; $\pm 1,0$ <sup>III</sup> ; $\pm 2,0$ <sup>IV</sup> ; $\pm 4,0$ <sup>V</sup>	I свыше $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
		$\pm [0,25 + 0,02(1,44P_H/P_1 - 1)]$ <sup>I</sup> ; $\pm [0,5 + 0,05(1,44P_H/P_1 - 1)]$ <sup>II</sup> ; $\pm [1,0 + 0,1(1,44P_H/P_1 - 1)]$ <sup>III</sup> ; $\pm [2,0 + 0,1(1,44P_H/P_1 - 1)]$ <sup>IV</sup>	$0,2 \leq  \cos \phi  < 0,5$ I от $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
20 Реактивная электрическая мощность основной гармонической составляющей ( $Q_1$ )	От $0,01Q_H$ до $1,44Q_H$	Относительная, %, $0,9 <  \sin \phi  \leq 1,0$	U от $0,1U_H$ до $1,2U_H$ ;
		$\pm 0,3$ <sup>I</sup> ; $\pm 0,75$ <sup>II</sup> ; $\pm 1,5$ <sup>III</sup> ;	I от $0,02I_H$ до $0,05I_H$
		$\pm 0,2$ <sup>I</sup> ; $\pm 0,5$ <sup>II</sup> ; $\pm 1,0$ <sup>III</sup> ; $\pm 2,0$ <sup>IV</sup> ; $\pm 2,0$ <sup>V</sup>	I свыше $0,05I_H$ до $1,2I_H$
		$0,5 \leq  \sin \phi  \leq 0,9$	
		$\pm 0,3$ <sup>I</sup> ; $\pm 0,75$ <sup>II</sup> ; $\pm 1,5$ <sup>III</sup> ;	I от $0,02I_H$ до $0,1I_H$
		$\pm 0,2$ <sup>I</sup> ; $\pm 0,5$ <sup>II</sup> ; $\pm 1,0$ <sup>III</sup> ; $\pm 2,0$ <sup>IV</sup> ; $\pm 2,0$ <sup>V</sup>	I свыше $0,1I_H$ до $1,2I_H$ ;
		$\pm 0,3$ <sup>I</sup> ; $\pm 0,75$ <sup>II</sup> ; $\pm 1,5$ <sup>III</sup> ; $\pm 2,5$ <sup>IV</sup> ; $\pm 2,5$ <sup>V</sup>	$0,2 \leq  \sin \phi  < 0,5$ I от $0,1I_H$ до $1,2I_H$
21 Активная электрическая мощность гармонической составляющей порядка $h$ ( $P_{(h)}$ )	от $0,003P_H$ до $0,1P_H$	Относительная, %, $P_H = U_H \cdot I_H$ ; U от $0,2U_H$ до $1,2U_H$ ; I от $0,2I_H$ до $1,2I_H$ ; $K_I(h)$ и $K_U(h)$ от 1 до 40%	
		$\pm 5,0$ <sup>I</sup> ; $\pm 10,0$ <sup>II</sup>	$ \cos \phi $ от 0,9 до 1,0
			$ \cos \phi $ от 0,5 до 0,9
		$\pm 5,0$ <sup>I</sup> ; $\pm 10,0$ <sup>II</sup>	$h$ от 2 до 10
	$\pm 10,0$ <sup>I</sup> ; $\pm 20,0$ <sup>II</sup>	$h$ от 11 до 50	
22 Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения ( $THD_U$ )	От 0 до 49,9		U от $0,2U_H$ до $1,2U_H$
		Абсолютная; $\pm 0,05$ %	$THD_U < 1,0$
		Относительная; $\pm 5$ %	$THD_U \geq 1,0$
23 Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока ( $THD_I$ )	От 0 до 49,9		I от $0,2I_H$ до $1,2I_H$
		Абсолютная; $\pm 0,1$ %	$THD_I < 1,0$
		Относительная; $\pm 10$ %	$THD_I \geq 1,0$

24 Напряжение прямой последовательности основной частоты ( $U_1$ ),	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm(0,001U_H \cdot \sqrt{3})$	
25 Напряжение нулевой последовательности основной частоты ( $U_0$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm(0,002 U_H)$	$U$ от $0,5U_H$ до $1,1U_H$ ; $K_{2U} < 15 \%$ ; $K_{0U} < 15 \%$ ;
26 Напряжение обратной последовательности основной частоты ( $U_2$ )	от 0 до $U_H$	Абсолютная, В, $\pm(0,002U_H \cdot \sqrt{3})$	
27 Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности ( $K_{2U}$ ) и по нулевой последовательности ( $K_{0U}$ )	От 0 до 15	Абсолютная, %, $\pm 0,20$	$U$ от $0,5U_H$ до $1,2U_H$ ;
28 Ток прямой последовательности основной частоты ( $I_1$ ),	от 0 до $I_H$	Абсолютная, А, $\pm(0.01I_H)$ <sup>I</sup> ; $\pm(0.01I_H)$ <sup>II</sup>	$I$ от $0,01I_H$ до $1,2I_H$ ;
29 Ток нулевой последовательности основной частоты ( $I_0$ )	от 0 до $I_H$	$\pm(0.02I_H)$ <sup>III</sup> ; $\pm(0.02I_H)$ <sup>IV</sup>	$I$ от $0,05I_H$ до $1,2I_H$ ;
30 Ток обратной последовательности основной частоты ( $I_2$ )	от 0 до $I_H$		
31 Кратковременная доза фликера	от 0,2 до 10	Относительная, %, 5,0	$f = (f_{ном} \pm 1)$ Гц; $\Delta U/U \leq 20 \%$ ; при колебаниях напряжения, имеющих форму меандра
<p>Примечания</p> <p>1 Частота гармонической составляющей порядка <math>h</math> равна <math>h \cdot f_1</math>.</p> <p>2 Частота интергармонической составляющей порядка <math>m</math> равна <math>m \cdot f_1</math>.</p> <p>3 Значения погрешности, отмеченные "I", "II", "III", "IV" и "V" относятся к прибору при выполнении измерений с использованием токоизмерительных клещей класса точности 0,1 ("I"), 0,2 ("II"), 0,5 ("III"), 1,0 ("IV") и 2,0 ("V"). Номинальные значения силы переменного тока (<math>I_H</math>) соответствуют номинальным значениям токоизмерительных клещей из комплекта поставки.</p> <p>4 Приборы обеспечивают измерение параметров электрического сигнала, если амплитудные значения сигналов напряжения и тока не превышают 170 % от <math>U_H</math> и <math>I_H</math>, соответственно.</p>			

Приборы обеспечивают процедуры самотестирования, инициализации и первоначальной установки после подключения к сети питания.

Значения устанавливаемой и измеряемой информации отображаются на встроенном графическом дисплее. В верхней строке графического дисплея постоянно отображаются текущее время (часы, минуты, секунды) и дата (день, месяц, год), а в нижней строке - схема подключения. Приборы обеспечивают возможность задания следующих значений интервала времени усреднения результатов измерения – 1,25 с, 2,5 с, 5 с, 10 с, 1 мин., 15 мин. и 30 мин.

Приборы производят расчет и индикацию на дисплее следующих величин:  
отклонение частоты от значения  $f_0$ , заданного оператором, Гц;  
отрицательное и положительное отклонение измеренного значения напряжения от значения  $U_0$ , заданного оператором, процент от  $U_0$ .

Отклонение частоты от значения заданного оператором определяется как разность между измеренным значением частоты  $f_m$  и значением  $f_0$ , введенным в прибор оператором.

Таблица 8 - Диапазоны измерений и пределы допускаемых основных погрешностей измерения приборов "Энергомонитор-3.1КМ-х-02-хх1" при поверке ИТН и ИТТ

Измеряемая величина	Диапазон измерений, единица измерений	Вид погрешности, пределы допускаемой основной погрешности измерений	Примечание
1 Погрешность напряжения ИТН		абсолютная, %	U от 0,2U <sub>НОМ</sub> до 1,2U <sub>НОМ</sub> ; f = (f <sub>НОМ</sub> ± 1) Гц
	±0,1999 %	± 0,002	
	±1,999 %	± 0,02	
	±19,99 %	± 0,2	
2 Угловая погрешность ИТН		абсолютная, минута.	
	±600 минут	± 0,1	
	±180 градусов	± 1,0	
3 Токовая погрешность ИТТ		абсолютная, %,	I от 0,01I <sub>НОМ</sub> до 1,2I <sub>НОМ</sub> ; f = (f <sub>НОМ</sub> ± 1) Гц
	±0,1999 %	± 0,002	
	±1,999 %	± 0,02	
	±19,99 %	± 0,2	
4 Угловая погрешность ИТТ		абсолютная, минута,	
	±600 минут	± 0,1	
	±180 градусов	± 1,0	

U<sub>НОМ</sub> – номинальное вторичное напряжение поверяемого ИТН (100/√3 или 100 В);  
I<sub>НОМ</sub> – номинальный вторичный ток поверяемого ИТТ (1 или 5 А);  
f<sub>НОМ</sub> – номинальная частота поверяемого ИТТ или ИТН (50 или 60 Гц).

Таблица 9 - Диапазоны измерений и пределы допускаемых основных погрешностей измерения приборов модификаций "Энергомонитор-3.1КМ-х-05-хх1" и "Энергомонитор-3.1КМ-х-10-хх1" при поверке ИТН и ИТТ

Измеряемая величина	Диапазон измерений, единица измерения	Вид погрешности, пределы допускаемой основной погрешности измерений	Примечание
1 Погрешность напряжения ИТН		абсолютная, %,	U от 0,2U <sub>НОМ</sub> до 1,2U <sub>НОМ</sub> ; f = (f <sub>НОМ</sub> ± 1) Гц
	±0,1999 %	±0,005	
	±1,999 %	±0,05	
	±19,99 %	±0,5	
2 Угловая погрешность ИТН		абсолютная, минута	
	±600 минут	± 0,2	
	±180 градусов	± 2,0	
3 Токовая погрешность ИТТ		абсолютная, %,	I от 0,01I <sub>НОМ</sub> до 1,2I <sub>НОМ</sub> ; f = (f <sub>НОМ</sub> ± 1) Гц
	±0,1999 %	±0,005	
	±1,999 %	±0,05	
	±19,99 %	±0,5	
4 Угловая погрешность ИТТ		абсолютная, минута	
	±600 минут	± 0,2	
	±180 градусов	± 2,0	

U<sub>НОМ</sub> – номинальное вторичное напряжение поверяемого ИТН (100/√3 или 100 В);  
I<sub>НОМ</sub> – номинальный вторичный ток поверяемого ИТТ (1 или 5 А);  
f<sub>НОМ</sub> – номинальная частота поверяемого ИТТ или ИТН (50 или 60 Гц).

Отрицательное  $\delta U_{(-)}$  и положительное  $\delta U_{(+)}$  отклонения напряжения от значения заданного оператором ( $U_0$ ) определяются по формулам:

$$\delta U_{(-)} = [(U_0 - U_{m(-)}) / U_0] \cdot 100, \% \text{ от } U_0, \quad (1)$$

$$\delta U_{(+)} = [(U_{m(+)} - U_0) / U_0] \cdot 100, \% \text{ от } U_0, \quad (2)$$

где  $U_{m(-)}$  – измеренное значение напряжения в случае, когда оно меньше  $U_0$ , В;

$U_{m(+)}$  – измеренное значение напряжения в случае, когда оно больше  $U_0$ , В.

Приборы обеспечивают возможность установки и коррекции времени и даты. Суточный уход часов Прибора не превышает  $\pm 2$  с.

Время установления рабочего режима - не более 30 мин. Максимальная продолжительность непрерывной работы - не менее 16 часов. Время минимального перерыва до повторного включения после непрерывной работы в течении 16 часов - не более 15 мин.

Приборы обеспечивают обмен данными с персональным компьютером (ПК) по последовательным интерфейсам RS-232 и USB.

Приборы обеспечивают регистрацию и последующую передачу в ПК:

- результатов поверки до 100 счетчиков электроэнергии (до 20 точек поверки для каждого);
- результатов поверки до 200 ИТТ и до 200 ИТН (до 10 точек поверки для каждого);
- значений и длительностей провалов напряжения и перенапряжений с глубиной хранения до 80000 событий;
- мгновенных значений входных сигналов (три фазы напряжения и три фазы тока), поступающих непосредственно с АЦП в течении до 9 минут с частотой 12,8 кГц (режим осциллографирования параметров электрической сети).

Диапазоны измерений и пределы допускаемых основных погрешностей приборов при измерении глубины и длительности провала напряжения и коэффициента и длительности временного перенапряжения приведены в таблице 10.

Изменение погрешности Приборов при измерении мощности и тока, вызываемое самонагревом, не превышает половины предела соответствующей допускаемой основной погрешности.

Изменение погрешности Приборов при отклонении частоты входных сигналов от номинального значения  $f_{НОМ}$  (50 или 60 Гц) на  $\pm 5$  % должно быть не более половины предела допускаемой основной погрешности, а при отклонении частоты на  $\pm 15$  % - не более предела допускаемой основной погрешности.

Изменение погрешности Приборов при наличии гармоник в цепях тока и напряжения [условия испытаний по ГОСТ Р 52323 (МЭК 62053-22:2003)] не превышает 200 % от предела соответствующей допускаемой основной погрешности.

Таблица 10

Измеряемые параметры электрической энергии	Диапазон измерений	Вид погрешности, пределы допускаемой основной погрешности измерений	Примечание
1 Длительность провала напряжения ( $\Delta t_{п}$ )	от 0,02	Абсолютная, с, $\pm 0,02$	$f = (f_{НОМ} \pm 1)$ Гц
2 Глубина провала напряжения ( $\delta U_{п}$ )	от 10 до 100	Относительная, %, 10,0	
3 Коэффициент временного перенапряжения ( $K_{пер U}$ )	от 1,10 до 7,99	Относительная, %, 2,0	
4 Длительность временного перенапряжения ( $\Delta t_{пер}$ )	от 0,02	Абсолютная, с, $\pm 0,02$	

Изменение погрешности Приборов при наличии субгармоник в цепях тока [условия испытаний по ГОСТ Р 52323 (МЭК 62053-22:2003)] не превышает 300 % от предела соответствующей допускаемой основной погрешности.

Приборы имеют три канала для измерения напряжения и три канала для измерения силы тока. Изменение погрешности Приборов, вызванное взаимным влиянием каналов измерения, не превышает половины предела соответствующей допускаемой основной погрешности.

Изменение погрешности Приборов при отклонении температуры окружающего воздуха от 20 до 15 °С и от 20 до 25 °С не превышает половины предела соответствующей допускаемой основной погрешности. Изменение погрешности Приборов при отклонении температуры окружающего воздуха от 20 до 10 °С и от 20 до 30 °С не превышает предела соответствующей допускаемой основной погрешности.

Питание Приборов осуществляется от сети переменного тока напряжением (220±22) В и частотой от 47 до 63 Гц. Полная мощность, потребляемая Прибором и УПТТ от питающей сети, не превышает 100 В·А.

Изменение погрешности Приборов при отклонения напряжения питания от номинального значения (220 В) на ±22 В не превышает половины предела соответствующей допускаемой основной погрешности.

Полная мощность, потребляемая каждой входной цепью тока Прибора при номинальном токе, не превышает 15 В·А. Полная мощность, потребляемая каждой входной цепью напряжения Прибора при номинальном входном напряжении, не превышает 1 В·А. Полная мощность, потребляемая каждой входной цепью тока УПТТ при номинальном токе, не превышает 1 В·А.

Приборы имеют частотный вход для поверки счетчиков электроэнергии.

Частотный вход обеспечивает подключение электронных счетчиков электроэнергии, имеющих импульсный выход со следующими параметрами:

постоянная счетчика - от 1 до 999999999 имп./кВт·ч;

амплитуда импульсов – от 5 до 15 В;

длительность импульса – не менее 14 мкс.

Частотный вход обеспечивает подключение фотосчитывающего устройства или пульта формирования импульсов для поверки индукционных счетчиков электроэнергии.

Приборы модификаций "Энергомонитор–3.1КМ» Н и "Энергомонитор–3.1КМ» П для подключения к их частотному входу имеют два разъема – основной и коаксиальный (СР50-73ФВ).

Приборы имеют частотный выход, на которых формируются сигналы с частотой, пропорциональной измеряемой мощности, и с длительностью импульсов не менее 10 мкс. Выходной сигнал на частотном выходе представляет собой последовательность прямоугольных импульсов напряжения положительной полярности с уровнем логического нуля не более 0,4 В и уровнем логической единицы не менее 4 В при сопротивлении нагрузки не менее 10 кОм. Приборы модификаций "Энергомонитор–3.1КМ" Н и "Энергомонитор–3.1КМ" П имеют второй выход (выход с "открытым коллектором"), работающий синхронно с первым выходом и имеющий два состояния, отличающиеся импедансом выходной цепи. В состоянии "замкнуто" сопротивление выходной цепи не превышает 200 Ом. В состоянии "разомкнуто" сопротивление выходной цепи не менее 50 кОм.

Предельная сила тока, которую выдерживает выходная цепь второго выхода в состоянии "замкнуто" – не менее 30 мА. Предельно допустимое напряжение на выходных контактах второго выхода в состоянии "разомкнуто" – не менее 30 В.

Постоянная Приборов для выбранного диапазона измерений определяется по формуле

$$C = [(144 \times 10^8) / (U_H \times I_H)] / K_d, \quad (3)$$

где: С – постоянная Прибора (при измерении активной мощности - имп./кВт·ч; при измерении реактивной мощности - имп./квар·ч; при измерении полной мощности - имп./кВА·ч);

$U_H$  – выбранное номинальное значение напряжения, В;

$I_H$  – выбранное номинальное значение силы тока, А;

$K_d$  - выбранный коэффициент деления из ряда – 1 (без деления), 2, 64, 1024 или 8192.

Габаритные размеры Приборов не превышают, мм:



485 × 470 × 140 - для модификаций "Энергомонитор-3.1КМ" С и "Энергомонитор-3.1КМ" Н;  
485 × 385 × 190 - для модификаций "Энергомонитор-3.1КМ" П;  
295 × 225 × 100 – для УПТТ.

Масса Приборов не превышает, кг:

8 – для модификаций "Энергомонитор-3.1КМ" С и "Энергомонитор-3.1КМ" Н;

10 – для модификаций "Энергомонитор-3.1КМ" П;

2,5 – для УПТТ.

Средняя наработка на отказ Приборов - 20000 ч.

Средний срок службы Приборов –10 лет.

Нормальные и рабочие условия применения приборов приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Нормальные и рабочие условия применения приборов

Влияющая величина	Значение (область значений)	
	нормальное	рабочее
Температура окружающего воздуха, °С	20 ±5	20 ±10
Относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80	до 80 при 20 °С
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7	от 84 до 106,7
Частота питающей сети, Гц	от 47 до 63	от 47 до 63
Фазное напряжение питающей сети, В	220 ±22	220 ±22
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения питания, %	до 5	до 5

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульных листах эксплуатационной документации типографским методом и на корпусе Прибора ЭМ-3.1КМ методом шелкографии.

### Комплектность средства измерения

В таблице 12 приведен состав комплекта поставки Прибора.

Таблица 12

Наименование		Обозначение	Кол-во
Прибор «Энергомонитор-3.1КМ»		МС3.055.500	1 шт.
Устройство проверки трансформаторов тока УПТТ с кабелем сетевым 220 В и двумя кабелями для подключения к Прибору	Поставляется только для модификаций "Энергомонитор-3.1КМ-х-х-х-хх1"	МС5.746.500	1 шт.
Кабель сетевой 220В		АС102 EURO VDE	1 шт.
Руководство по эксплуатации		МС3.055.500 РЭ	1 экз.
Методика поверки		МС3.055.500 МП	1 экз.
Упаковка		МС4.170.002	1 шт.
Кабель для связи с ПК по RS232		МС6.705.003	1 шт.
Кабель для связи с ПК по USB (USB А вилка - USB В вилка, 1.8м)			1 шт.
Прикладное программное обеспечение для ПК на CD			1 шт.
Клещи токоизмерительные 5 А	Поставляются только по заказу для модификаций "Энергомонитор-3.1К-х-х-х-х1х"		3 шт.
Шунт 5 А			1 шт.
Клещи токоизмерительные 10 А			3 шт.
Шунт 10 А			1 шт.
Клещи токоизмерительные 100 А			3 шт.
Шунт 100 А			1 шт.
Клещи токоизмерительные 200 А			3 шт.

Шунт 200 А		1 шт.
Клещи токоизмерительные 1000 А		3 шт.
Шунт 1000 А		1 шт.
Клещи токоизмерительные гибкие 300/3000 А		3 шт.
Клещи токоизмерительные гибкие 500/5000 А		3 шт.
<b>Дополнительные принадлежности:</b> <sup>1)</sup>		
Кабель "F <sub>ВЫХ</sub> "	МС6.705.010	1 шт.
Кабель "Сч-F <sub>ВХ</sub> "	МС6.705.011	1 шт.
Устройство сопряжения ЭМ-3.1КМ	МС5.282.001	1 шт.
Щупы тестерные 4 мм (1000 В, 4 цвета, сечение провода – 1 мм <sup>2</sup> )		4 шт.
Щупы тестерные 4 мм для подключения токовых цепей при силе тока до 12 А (2 цвета, сечение провода – 2,5 мм <sup>2</sup> )		6 шт.
Кабельный наконечник для подключения токовых цепей при силе тока более 12 А		6 шт.
Устройство фотосчитывающее УФС-Э	МС3.811.002	1 шт.
Устройство фотосчитывающее УФС-И	МС3.811.001	1 шт.
Пульт формирования импульсов ПФИ	МС2.084.001	1 шт.
1 Дополнительные принадлежности поставляются в соответствии с договором поставки. В комплект Прибора могут быть включены другие дополнительные изделия, устанавливаемые в договоре на поставку. 2 По требованию организаций, производящих ремонт Приборов, поставляется ремонтная документация.		

### Проверка

осуществляется по документу МС3.055.500 МП "Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный Энергомонитор-3.1КМ. Методика проверки", утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в декабре 2012 г.

Основные средства проверки:

- Государственный эталон единицы электрической мощности ГЭТ153-86: диапазон значений электрической мощности, воспроизводимых эталоном – от  $1 \cdot 10^{-2}$  до 6000 Вт при токе от  $1 \cdot 10^{-2}$  до 10 А, напряжении от 1 до 600 В, коэффициенте мощности от минус 1 до плюс 1, в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц; неисключенная систематическая погрешность воспроизведения единицы электрической мощности в диапазонах от  $5 \cdot 10^{-5}$  до  $1 \cdot 10^{-4}$  при коэффициенте мощности 1,0 и от  $2 \cdot 10^{-4}$  до  $4 \cdot 10^{-4}$  – при 0,2; среднее квадратическое отклонение результата измерений при воспроизведении единицы мощности (для 20 независимых наблюдений) – в диапазонах от  $1 \cdot 10^{-5}$  до  $1 \cdot 10^{-4}$  при коэффициенте мощности 1,0 и от  $3 \cdot 10^{-5}$  до  $1 \cdot 10^{-4}$  – при коэффициенте мощности 0,2.

- Установка поверочная универсальная «УППУ-МЭ 3.1К»: диапазон регулирования напряжения – от 5 до 576 В, диапазон регулирования тока – от 0.005 до 100 А, погрешность измерения напряжения –  $\pm [0,01 + 0,005 |(U_H/U) - 1|]$  %, погрешность измерения тока:  $\pm [0,01 + 0,005 |(I_H/I) - 1|]$  % - для  $I_H$  от 0,1 А до 100 А,  $\pm [0,01 + 0,01 |(I_H/I) - 1|]$  % - для  $I_H$  0,05 А, погрешность измерения активной мощности –  $\pm [0,015 + 0,005 |(P_H/P) - 1|]$  %;

- Мегомметр Ф4101 или аналогичный, с рабочим напряжением 1000 В и с относительной погрешностью  $\pm 2,5$  %;

- Частотомер ЧЗ-63 или аналогичный, с погрешностью не более  $10^{-7}$ .

### Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений изложены в Руководстве по эксплуатации МС3.055.500 РЭ в разделе "Порядок работы".

## Нормативные документы, устанавливающие требования к приборам электроизмерительным эталонным многофункциональным "Энергомонитор-3.1КМ"

ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

МИ 1940-88 ГСИ Государственная поверочная схема для средств измерений силы переменного электрического тока от  $1 \cdot 10^{-8}$  до 25 А в диапазоне частот от 20 до  $1 \cdot 10^6$  Гц.

ГОСТ Р 8.648-2008 ГСИ Государственная поверочная схема для средств измерений переменного напряжения до 1000 В в диапазоне частот от  $1 \cdot 10^{-2}$  до  $2 \cdot 10^9$  Гц.

ГОСТ 8.022-91 ГСИ Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного тока в диапазоне частот 1 -  $10^1 \dots 30$  А.

ГОСТ 8.551-86 ГСИ Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема электрической мощности и коэффициента мощности в диапазоне частот 40 – 20000 Гц.

ТУ 4381-026-49976497-2012 "Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный Энергомонитор-3.1КМ. Технические условия".

**Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**  
оказание услуг по обеспечению единства измерений.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Россия (495)268-04-70  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mars.nt-rt.ru/> || [msn@nt-rt.ru](mailto:msn@nt-rt.ru)